



**Assunto** Re: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026  
**De** Licitações - DAEB <licitacoes@daeb.com.br>  
**Para** <licitacao@renovaremedicao.com.br>  
**Cópia** <licitacao2@renovaremedicao.com.br>, <licitacao1@renovaremedicao.com.br>  
**Data** 10/06/2026 11:52  
**Prioridade** Mais alta

Prezados(as),

## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Eletrônico SRP nº 009/2026

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa RENOVARE MEDIÇÃO, referente ao Item 1 do certame, após análise da manifestação da área técnica requisitante, informa-se que:

O Termo de Referência estabelece para o Item 1 a aquisição de hidrômetro multijato DN 50 mm (2"), com comprimento de 270 mm e conjunto de contra flanges, arruelas de borracha, parafusos e porcas.

A área técnica avaliou as características do hidrômetro Woltmann Horizontal DN50 apresentado no pedido de esclarecimento e concluiu que o equipamento atende a diversos requisitos de aplicação. Contudo, foi verificado que o comprimento informado para o equipamento (200 mm) é inferior ao comprimento de 270 mm especificado no Termo de Referência.

Cumprе salientar que a especificação adotada pela Autarquia observa a padronização dos equipamentos e componentes utilizados em campo, inclusive sua compatibilidade com os conjuntos de instalação empregados pelo DAEB, objeto de contratação específica para fornecimento de kits cavalete (PE 09/2024). Dessa forma, a alteração da dimensão especificada poderá comprometer a intercambialidade dos componentes e demandar adaptações operacionais não previstas na contratação.

Dessa forma, permanece a exigência constante do Termo de Referência para o Item 1, não sendo aceito equipamento com comprimento diverso do especificado no edital.

Atenciosamente,

Cintia Irala  
Licitações

Em 09/06/2026 09:46, licitacao@renovaremedicao.com.br escreveu:

Prezados, bom dia.

Com interesse em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026, venho por meio deste solicitar o pedido de esclarecimento técnico referente ao Item 1 - Hidrômetro multijato 2" (DN 50 mm):

Referente ao Item 1, no qual se solicita **hidrômetro multijato DN50 (2")**, solicitamos a aceitação dos modelos Multijato DN50 e Woltmann Horizontal DN50, considerando que ambos atendem plenamente à finalidade de medição proposta e às normas técnicas vigentes.

O hidrômetro Woltmann Horizontal DN50 apresenta características técnicas que o qualificam para aplicações de maior porte, tais como:

- Vazão permanente (Q3): 25 m<sup>3</sup>/h;
- Range de medição: 80 na posição horizontal e 40 na posição vertical;
- Cúpula em policarbonato equipada com sensor reed switch;
- Relojoaria plana e fixa, proporcionando simplicidade e robustez para leitura e instalação;
- Comprimento de 200 mm, conforme ABNT NBR 8194;
- Conexões flangeadas;
- Elevada durabilidade e baixa perda de carga;
- Mecanismo de medição removível, permitindo manutenção sem desmontagem da carcaça.

Ressaltamos que tanto os hidrômetros multijato DN50 quanto os modelos Woltmann Horizontal DN50 são amplamente utilizados no mercado nacional e atendem às exigências metrológicas estabelecidas pela Portaria Inmetro nº 155/2022.

Dessa forma, visando ampliar a competitividade, garantir a isonomia entre os participantes e proporcionar à Administração Pública a obtenção da proposta mais vantajosa, **solicitamos que sejam aceitos ambos** os modelos de hidrômetro para atendimento ao item licitado, desde que atendidas as demais especificações técnicas e normativas previstas no edital.

Fico no aguardo do retorno e desde já agradeço!

Atenciosamente,

**RENOVARE**  
medição  
CNPJ: 64.092.654/0001-75

**Liliane Rabelo**  
Licitação

📞 Ramal: 3216  
📞 (38) 9 9723 5934  
✉ licitacao1@renovarmedicao.com.br

uma empresa do **Reñova**

--  
Departamento de Água e Esgotos de Bagé - DAEB  
Setor de Compras  
Comissão de Licitações

att.

CNPJ: 90.940.172/0001-38  
Fone: (53) 3240-7800 R. 221