



Sapucaia do Sul, 10 de Junho de 2026.

PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL

Assunto: Análise de conformidade técnica do Cardioversor/Desfibrilador S8

Após análise das especificações técnicas apresentadas para o Cardioversor/Desfibrilador S8 e sua comparação com o descritivo técnico constante do edital, verifica-se que o equipamento demonstra compatibilidade com as exigências funcionais e operacionais previstas para utilização em ambiente hospitalar.

O equipamento apresenta tecnologia de desfibrilação bifásica, capacidade para atendimento de pacientes adultos e pediátricos, função de cardioversão sincronizada, modo DEA, marcapasso transcutâneo incorporado, monitorização multiparamétrica, impressora integrada, bateria recarregável, interface em português e recursos de armazenamento e exportação de dados, contemplando os principais requisitos assistenciais previstos no termo de referência.

Além disso, dispõe de tela colorida com dimensões superiores ao mínimo exigido, monitorização por ECG, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso, bem como recursos de alarmes audiovisuais, indicação de impedância do paciente e bateria removível sem necessidade de ferramentas, características compatíveis com o padrão esperado para equipamentos desta categoria.

Diante da documentação técnica analisada, **o parecer é FAVORÁVEL à aceitação do Cardioversor/Desfibrilador S8**, considerando que suas características técnicas são compatíveis com o objeto licitado e atendem, de forma geral, às necessidades assistenciais previstas no edital.

Conclusão: Sob o ponto de vista técnico, e com base nas informações disponibilizadas, manifesta-se parecer **favorável** ao equipamento ofertado, não sendo identificadas incompatibilidades relevantes que impeçam sua aceitação, permanecendo condicionada apenas à comprovação documental dos requisitos formais previstos no instrumento convocatório.



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200

 www.fhgv.com.br

 /fhgvrs

 /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

Identificação interna do documento S0IKNCM7C9-BCFE0T12



Nome do arquivo:

Parecer_tA_cnico_CARDIOVERSOR_3_202606111023473411016.docx

Data de vinculação à solicitação: 11/06/2026 10:23

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Aplicativo: 318411