



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 021/2026**

**ANEXO II**  
**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1.	<b>Espátula de madeira descartável</b> , (abaixador de língua formato convencional liso, caixa com 100 unidades. Superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda sua extensão medindo aproximadamente 14 cm. De comprimento, 1,4 de largura e 0,5 de espessura. Deve atender a legislação vigente e pertinente ao produto. Validade mínima 20 meses na Nota Fiscal.	PCT	200
2.	<b>Cateter intravenoso periférico 22 g</b> , com dispositivo de segurança, ergonômico e de fácil manuseio. Comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm, mandril confeccionada em aço inox siliconado com agulha de bisel curto, trifacetada, com extremidade lisa, cônica, e atraumática, câmara de refluxo que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo e com dispositivo de proteção. Cateter confeccionado em poliuretano com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, progressão e visualização do refluxo, perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou termoplástico com abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, lote, validade mínima de 20 meses apos emissão de NF de entrega, tipo de esterilização e procedência. Registro no MS.	UN	1.000
3.	<b>Cateter intravenoso periférico 24g</b> , com dispositivo de segurança, ergonômico e de fácil manuseio. Comprimento do cateter de 32mm a 50mm, mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto, trifacetada, com extremidade lisa, cônica, e atraumática, câmara de refluxo que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo e com dispositivo de proteção. Cateter confeccionado em poliuretano com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, progressão e visualização do refluxo, perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou termoplástico com abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, lote, validade mínima de 20 meses apos emissão de nf de entrega, tipo de esterilização e procedência. Registro no MS.	UN	1.000
4.	<b>Água oxigenada 10 volumes</b> , frasco com 1000ml com dados de identificação do produto, embalagem original do fabricante, deve atender a legislação vigente e pertinente ao produto.	LT	240
5.	<b>Aparelho de barbear</b> , descartável confeccionado em plástico resistente,	UN	500



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

	com 03 lâminas paralelas em aço inoxidável, afiadas, sem sinais de oxidação ou rebarbas, com fita lubrificante. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, a data de validade.		
6.	<b>Cateter venoso central adulto</b> , duplo lumem radiopaco, numero 7, 20 cm.	UN	20
7.	<b>Clorexidina 2% solução degermante</b> , em almotolia com 100 ml, solução de digliconato de clorexidina 2%, com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório, para uso hospitalar. Almotolia plástica descartável lacrada de 100 ml, com sistema de abertura que não necessite de material cortante e permita após a abertura encaixe perfeito da tampa adicional que deverá conter na embalagem, se for em sistema a twist-off que seja de fácil deslacre, se for em sistema de tampa com furador, que a membrana seja de fácil penetração, com ausência de corantes, conservantes e odores. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade, registro no ministério da saúde para antisséptico em almotolia com 100 ml.	FRASCO	320
8.	<b>Compressa campo operatório 4 camadas 45x50 com cadarço - compressa cirúrgica para campo operatório</b> , tecido em quatro camadas de gaze sobrepostas, confeccionada com fios 100% algodão. Tecido feito com amarrações (entrelaçamento das quatro camadas de tecido), para evitar o deslizamento entre as mesmas. Laterais do produto costuradas com pontos over-lock para evitar desfiações. Extremidade um cadarço duplo, , branqueadas, purificadas e isentas de impurezas, amido, pacote com 50 unidades, o produto deve trazer impresso no rótulo as seguintes informações: procedência, data de fabricação, validade, lote e Registro na ANVISA. Peso mínimo por pacote com 50 unidades, 1280 a 1350 gramas . Conforme ABNT NBR 132843 prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.	PCT	50
9.	<b>Compressa de gaze em bobina (tipo queijo)</b> - compressa de gaze hidrófila não estéril, em rolo 91 cm x 91 cm 13 fios por cm <sup>2</sup> 8 camadas e pelo menos 3 dobras, não estéril, confeccionadas com fios 100% algodão. Isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes. Com dobras para dentro em toda a sua extensão para evitar o desprendimento de fios. Enrolada de forma contínua, embalagem contendo 1 peça de 91 cm de largura por 91 metros de comprimento, peso acima de 1400 gramas, constando externamente dos dados de identificação, procedência, data de validade e registro no MS/ANVISA. Em conformidade com NBR 14108 acondicionado em caixas embalagem individual em plástico atóxico. Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, da nota fiscal.	ROLO	50
10.	<b>Extensor de oxigênio 2m de comprimento</b> , com conectores nas extremidades para adaptação às linhas de ar, oxigênio, vácuo ou frascos.	UN	300



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

	Em PVC flexível, isento de látex, estéril, atóxico, descartável, cor verde, transparente, sem emendas, embalagem individual, em papel grau cirúrgico, identificados, lote, data de fabricação, data de validade, Registro na ANVISA.		
11.	<b>Fita micróporo 25 mm x 10 mts</b> . Fita micropore 25 mm de largura x 10 mts de comprimento. Fita micropore branca, hipoalergênico, porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente. Isenta de substâncias alergênicas e nocivas à saúde. Confeccionada em falso tecido de rayon , cor branca. Microscopicamente poroso a fim de permitir transmissão de calor e flexível suficiente para acompanhar as dobras da pele, sem sofrer deformações ao desenrolar. Deverá conter substância adesiva uniformemente distribuída à base de polímero acrílico, hipoalergênico, capaz de produzir fixação adequada e permitir fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície da pele. A fita micropore deverá apresentar resistência adequada aos meios usuais de esterilização não deformando ao desenrolar, vir enrolado em carretel com capa protetora externa, contendo dados como marca comercial, dimensões, procedência de fabricação lote e data de validade.	UN	1.000
12.	<b>Gel condutor para ultrassom</b> - eletrocardiograma frasco com 1.000 ml, deve atender a legislação vigente e pertinente ao produto.	FRASCO	50
13.	<b>Iodofor aquoso</b> , em quantidade equivalente a 1% de iodo ativo (iodopovina) frasco com 1000ml.deve atender a legislação vigente e pertinente ao produto.	LT	96
14.	<b>Lâmina de bisturi nº 12</b> , para procedimentos cirúrgicos. Esterilizada com raio gama, atóxico e apirogênico, descartável. Fabricada em aço carbono conforme as normas ISO 7153, ISO 7740, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embaladas unitariamente em embalagem aluminizada de fácil abertura. Caixa com 100 unidades constando os dados do fabricante, lote, validade. Registro ANVISA.	CX	20
15.	<b>Lanceta-sistema de punção capilar digital</b> , de uso único, não permitindo ser remontada ou reutilizada, que dispensa o uso do lancetador, com base e protetor plástico, agulha com espessura 28 g. Que retrai automaticamente após o uso, reduzindo o risco de acidentes e garantindo rapidez, precisão e incisão consistente com base nos padrões das normas de biossegurança da NR32. Embalagem com dados de identificação do produto, lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12 meses) e registro no ministério da saúde.	UN	30.000
16.	<b>Seringa 03 ml, com bico luer lock central</b> . Cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação indelével de 0,1 em 0,1 ml e numeração de 0,5 em 0,5 ml, embolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize embolo - cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em	UN	10.000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

	pétala e asséptica. Devera atender a RDC Nº 3, de 04/02/2011.		
17.	<b>Seringa 05 ml, com bico luer lock central.</b> Cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação indelével de 0,2 em 0,2 ml e numeração de 1 em 1 ml, embolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize embolo- cilindro. Atóxica, apirogênica.estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. Devera atender a RDC Nº 3, de 04/02/2011.	UN	50.000
18.	<b>Seringa 10 ml, com bico luer lock central.</b> Cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação indelével de 0,2 em 0,2 ml e numeração de 2 em 2 ml, embolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize embolo- cilindro. Atóxica, apirogênica.estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. Devera atender a RDC Nº 3, de 04/02/2011.	UN	1.000
19.	<b>Seringa 20 ml, com bico luer slip.</b> Cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação indelével de 1 em 1 ml e numeração de 5 em 5 ml e milimetrada, embolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize embolo- cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. Devera atender a RDC Nº 3, de 04/02/2011.	UN	500
20.	<b>Seringa descartável para insulina capacidade 50 ui, graduada</b> ( escala de 1 em 1 unidade), confeccionada em plástico transparente, atóxico, com agulha fixa de 6,0 x 0,25 mm, corpo lubrificado, com escala externa gravada, indelével, precisa e visível até 50 ui; êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade de modo a impedir vazamento de ar e líquido, seringa sem espaço morto, agulha confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiada, onde cada seringa deverá conter tampas protetoras, confeccionadas em material rígido, cobrindo as duas extremidades da seringa, promovendo barreira microbiana, garantindo abertura asséptica e mantendo a integridade e a esterilidade individual do produto até o momento de uso. Deve possuir registro ANVISA/ MS.	UN	30.000
21.	<b>Solução à base de ácido peracético 0,2% de pronto uso.</b> Embalagem de 1 litro acompanhado de um sachê de inibidor de corrosão e 5 fitas para teste de PH. Validade de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA.	LT	96
22.	<b>Sonda vesical de demora nº 26 (sonda foley) siliconada,</b> estéril, bico leve e balão, válvula de enchimento adaptável a seringa identificação visível do número e capacidade do balão 15 a 30ml. O produto deve estar de acordo com todas as normas técnicas vigentes e pertinentes bem como possuir registro na ANVISA. Validade mínima de 20 meses após emissão de NF de entrega.	UN	30
23.	<b>Torneira cirúrgica de três vias, three-way, descartável,</b> constituído de corpo	UN	1.000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

	<p>e núcleo. O corpo deverá ser transparente com prolongamento oco e extremidades com conectores luerlock, com tampa nas três extremidades. O núcleo perfeitamente acoplado ao corpo para evitar vazamento, permitindo deslizamento suave, permitir ou bloquear o fluxo de líquidos através do movimento giratório da manopla, deverá conter setas para orientar o fluxo, atóxico, apirogênico.</p>		
--	---	--	--

**ATENÇÃO:**

Em caso de divergência entre as descrições constantes neste documento e aquelas apresentadas no sistema eletrônico, **prevalecerá o disposto neste documento.**