



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01276

Bento Gonçalves, 07 de julho de 2026.

À
Isabel Pisoni
Enfermeiro
Avaliação de Materiais

Assunto: Análise Técnica Proposta PE 88/2026 - Equipamentos Resgate SAMU

Prezada

Ao cumprimentá-la, vimos por meio deste apresentar as propostas resultantes do PE 88 /2026, este em andamento. Solicito, conforme subitens 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 e 5.6.4 do Edital, análise e parecer dos respectivos catálogos. Aguardo retorno com a maior brevidade e permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Documentos anexos em:

PASTA PUBLICA (P:) > PE88-2026 EQUIPAMENTOS RESGATE SAMU

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Janquiel Cristofoli
Assessor Administrativo



Assinado com senha por JANQUIEL CRISTOFOLI.
Documento Nº: 206524-7936 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=206524-7936>

Classif. documental

00.01.01.01



SEFINOFI202601276A



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/00973

Bento Gonçalves, 07 de julho de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01276, 07/07/26 - SEFIN.

Análise e parecer dos respectivos catálogos, conforme subitens 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 e 5.6.4 do Edital:

ITEM 1 – DELTA SHOP – válvula c/ fluxômetro click - **APROVADO** – atende ao solicitado em edital;

ITEM 2 - DELTA SHOP – válvula c/ fluxômetro click - **APROVADO** – atende ao solicitado em edital;

ITEM 6 – ROSSI – cpr dura-padz zoll – **REPROVADO** – conforme catálogo do fabricante, eletrodos similares não possuem sensores integrados que podem comprometer a eficácia das funções do equipamento, principalmente quanto ao sistema de feedback de RCP (*Real CPR Help*);

ITEM 8 – ROSSI - eletrodos adulto phillips - **REPROVADO** – manual do equipamento não indica uso de eletrodos similares;

ITEM 10 – ROSSI - eletrodos cmos drake - **REPROVADO** – manual do equipamento não indica uso de eletrodos similares;

ITEM 11 – ROSSI – eletrodos instramed - **REPROVADO** – manual do equipamento não indica uso de eletrodos similares;

ITEM 13 – COREMED – sensor fluxo - **REPROVADO** – não apresentou catálogo

ITEM 14 - COREMED – sensor neo y - **REPROVADO** – não apresentou catálogo

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por ANA PAULA FELINI PAESE.
Documento Nº: 206605-7936 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=206605-7936>



SMSDES202600973A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

ITEM 15 - COREMED – sensor pedi clip - **REPROVADO** – não apresentou catálogo

ITEM 16 – EPB LONDRINA – sensor de oximetria - **APROVADO** – atende ao solicitado em edital;

ITEM 19 - COREMED – braçadeira adulto - **REPROVADO** – não apresentou catálogo

ITEM 20 - COREMED – braçadeira obeso - **REPROVADO** – não apresentou catálogo

ITEM 25 - DELTA SHOP – maca prancha scoop - **APROVADO** – atende ao solicitado em edital;

ITEM 27 - DELTA SHOP – maca vácuo - **APROVADO** – atende ao solicitado em edital;

ITEM 28 – EDUARDA – umidificador - **APROVADO** – atende ao solicitado em edital;

ITEM 29 - DELTA SHOP – fluxômetro digital - **APROVADO** – atende ao solicitado em edital;

ITEM 30 – 216 MATERIAL - fluxometro - **DESAPROVADO** – catálogo editado, não consta modelo do item marca citada AND não foi localizada. Site do fabricante não está disponível e não foi encontrado em pesquisa digital a marca e modelo;

ITEM 31 - DELTA SHOP – adaptador nipple - **APROVADO** – atende ao solicitado em edital; modelo: BICO ESPIGÃO EM PP

- assinado eletronicamente -
Ana Paula Felini Paese
Enfermeiro





MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO SIGA Nº SMS-OFI-2026/02138

Bento Gonçalves, 08 de julho de 2026.

À Licitações

Assunto: Avaliação catálogos PE 88/2026 SAMU

Complementando documento enviado anteriormente, ficou pendente a análise e parecer do catálogo, do PE 88/2026, conforme segue:

Licitante colocou na proposta como item 34, porém no edital se refere ao item abaixo:

ITEM 3 – TOP MIX – conj bateria DEA Zoll – **REPROVADO** – manual do equipamento indica marca Duracell.

Grata

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Ana Paula Felini Paese
Enfermeiro



Assinado com senha por ANA PAULA FELINI PAESE.
Documento Nº: 206721-1368 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=206721-1368>

Classif. documental

00.01.01.01



SMSOFI202602138A