



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO REQUISITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE

FONTE DE RECURSO: [Clique ou toque aqui para inserir o texto.](#)

DOTAÇÃO Nº: [Clique ou toque aqui para inserir o texto.](#)

E-MAIL: compras.saude@saomarcos.rs.gov.br

TELEFONE: [Clique ou toque aqui para inserir o texto.](#)

**EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E
LABORATORIAIS**

Item (s):	Descrição(s) do(s) Item (s):	Unidade:	Quantidade:
01	Piso estrado plástico modular Estrado monobloco de alta resistência, sem emendas e/ou qualquer outro tipo de peça (ausência total de farpas, parafusos, pregos, roscas, grampos, etc...); Material plástico, fabricados em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Com sistema antiderrapante. Encaixe perfeito dos estrados, facilitando a armazenagem e o transporte dos mesmos; Modulares e de montagem simples pelo sistema de encaixe macho-fêmea, os pisos de plásticos podem ser encaixados lado a lado para cobrirem a área desejada. Lavável e Higienizável; Resistente a óleo, graxas e agentes químicos; Não prolifera fungos e bactérias. Adequado a Norma ISO 14001; Cor: preto Dimensões externas aprox: 4,5 x 50 x 50 cm (alt x larg x comp)	Unidades	100 RECURSO 4001 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 700 RECURSO 4011 PORTARIA 1253/2025 100 4505 - ASPS PORTARIA 3616/20263
02	CAIXAS TÉRMICAS 70L PU C/RODAS- TERMÔMETRO COM MAX/MIN. Especificações: Capacidade: 70 LITROS - C RODAS Material: Polietileno Isolante: Poliuretano (PU) Alça Lateral: Para transporteCor: AzulC/ RODAS Dreno - válvula de deságue	UN	02 VIGILANCIA EPIDEMIO - RECURSO 4507

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

	<u>Termômetro Digital: Máximo e Mínimo ACOPLADO E FIXO NA PARTE EXTERNA DA CAIXA</u> Faixa de temperatura: -50 + 70 °C Precisão: ± 1 °C Medidas (aprox.): Externa A x L x C : 47x47,5x68,5 cm Medidas (aprox.): Interna A x L x C : 44x42,5x65,5 cm		
03	MACA FIXA PEDIÁTRICA COM ESPAÇO PARA BALANÇA E BALCÃO INFERIOR; com 3 gavetas + 3 portas OU 4 portas; Estrutura em MDF de 15mm ou mais, em cores claras (branco, bege, areia); Capacidade mínima de 250kg; Medidas aproximadas: comprimento entre 1,75-1,80m, largura entre 55- 60 cm e altura de 80-85cm; Colchão/leito: comprimento entre 135-140cm, largura entre 55-60cm e altura de no mínimo 5cm; Densidade 28 ou 33; revestido em corino ou material semelhante (Courvin, napa) de fácil higienização; Espaço para balança: em MDF, com medida de comprimento entre 40-45cm e largura entre 55-60cm; o movel deve ser entregue montado	UN	01 - 4500 - PORT 5836/2024 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 01 - 4293 - REDE BEM CUIDAR - PORTARIA 1228/2025
04	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, TERMOLÁBEIS E HEMODERIVADOS – 200 litros funcionamento 110/220 volts 50/60 Hz DESCRIPTIVO: - Equipamento vertical, de formato externo e interno em aço inoxidável retangular (para evitar processos de corrosão e aumentar a vida útil do equipamento), desenvolvido e projetado para armazenar produtos que precisam de conservação entre 2 a 8°C. - Capacidade para armazenamento: 200 litros úteis. - Refrigeração por compressores herméticos AC de alto rendimento e baixo consumo, selado, com condensação a ar, alimentado pela energia de rede - acoplado Bateria DF 3000 - Equipamento com sistema de degelo automático seco sem interrupção ou perda da temperatura, com evaporação do condensado.	UN	01 RECURSO PORTARIA 1253/2025 01 EMENDA IMPOSITIVA Nº 41

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

- Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável, garantindo uma perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo o interior da câmara. - Sistema de circulação de ar através de ventilador interno. Rápida recuperação e estabilidade da temperatura interna em aproximadamente 15 minutos após abertura de porta. - Temperatura de trabalho entre 2°C e 8°C, com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrados em memória interna permanente com capacidade de armazenamento de dados das variações de temperatura, eventos, gráficos e alarmes por toda vida útil do equipamento. Sistema de relatório exportáveis por pendrive com resumo do período. - Painel em LCD localizado na parte superior frontal de fácil acesso, com sistema eletrônico integrado em display único, programável de 2°C a 8°C com tecla incorporadas e de fácil ajuste. Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, carga de bateria, data e hora, descritos no painel de LCD localizado frontalmente. - Registro de temperatura minuto a minuto, alarmes e eventos em tempo real. - Câmara interna e gavetas construídas em aço inoxidável com travamento externo evitando quedas. - Presença de cinco gavetas internas removíveis. - Porta de vidro triplo com perfil de alumínio de alta resistência e longa vida útil. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios com freio na parte frontal para fácil travamento. - Temperatura controlada automaticamente em 4°C por solução diatérmica para todos os sensores. - Sistema de alarme sonoro e visual montado em display frontal único descrevendo no visor: falta de energia elétrica, temperatura fora de faixa, falha de sensor de temperatura, porta aberta, manutenção programada, entre outros que podem ser ajustados.		
--	--	--

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

- Alerta de manutenção preventiva, programável pelo usuário e com mensagem no painel LCD. - Acionamento automático da iluminação interna em LED (resistente a umidade do ambiente) na abertura de porta ou externamente programável no painel pelo usuário. - Dispositivo de alerta por discadora para emitir alarme de todos os eventos que ocorrem para até 10 números telefônicos. - Sistema de multi-sensores alocados em diferentes pontos interno: superior, meio e inferior da câmara, todos imersos em solução diatérmica, possibilitando um controle preciso de temperatura em todo interior do equipamento, com registros individuais de mínima e máxima temperaturas ocorridas. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque no painel frontal superior. - Sistema de termostato de segurança para redundância, garantindo perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, no comando principal, ou seja, caso o produto tenha problemas elétricos ou eletrônicos, seu funcionamento estará garantido. Sendo integrado ao gabinete um sistema de emergência por baterias, com controlador de tensão e conversor para manter a temperatura por 72 horas (autonomia) sem energia elétrica. - Registro na ANVISA - classe II, Certificações ISO 13485 e Manual do proprietário em Português. - Chave geral de energia – liga desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. - Assistência Técnica credenciada ao CREA com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde, prazo mínimo de 02 anos. - Dimensões Externas (cm): A: 140 L: 64 P: 67 - Gabinete Externo: Aço Galvazinado - Gabinete Interno: Aço Inoxidável - Porta De vidro com sistema anti-embaçamento e		
--	--	--

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

	possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante. - Gavetas: 6 gavetas deslizantes com rodízios giratórios com trava OBRIGATÓRIO: OPCIONAIS INCLUSO NOME: SAFETY SYSTEM - SISTEMA DE EMERGÊNCIA 24 HORAS DESCRIÇÃO: Exclusivo sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por 72 horas (autonomia). Possui um controlador da tensão ativando o sistema de emergência na falta de energia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica. NOME: Dispositivo de alerta por discadora. DESCRIÇÃO: Dispositivo de alerta por discadora para emitir alarme de todos os eventos que ocorrem para até 10 números telefônicos. ** Garantia mínima de 12 meses. Incluído software e pendrive. Instalação na unidade de saúde.		
05	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, TERMOLÁBEIS E HEMODERIVADOS – 510 litros funcionamento 110/220 volts 50/60 Hz DESCRIPTIVO: - Equipamento vertical, de formato externo e interno em aço inoxidável retangular (para evitar processos de corrosão e aumentar a vida útil do equipamento),		01 RECURSO PORTARIA 1253/2025

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

desenvolvido e projetado para armazenar produtos que precisam de conservação entre 2 a 8°C. - Capacidade para armazenamento: 510 litros úteis. - Refrigeração por compressores herméticos AC de alto rendimento e baixo consumo, selado, com condensação a ar, alimentado pela energia de rede - acoplado - Bateria DF 3000 - Equipamento com sistema de degelo automático seco sem interrupção ou perda da temperatura, com evaporação do condensado. - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável, garantindo uma perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo o interior da câmara. - Sistema de circulação de ar através de ventilador interno. Rápida recuperação e estabilidade da temperatura interna em aproximadamente 15 minutos após abertura de porta. - Temperatura de trabalho entre 2°C e 8°C, com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrados em memória interna permanente com capacidade de armazenamento de dados das variações de temperatura, eventos, gráficos e alarmes por toda vida útil do equipamento. Sistema de relatório exportáveis por pendrive com resumo do período. - Painel em LCD localizado na parte superior frontal de fácil acesso, com sistema eletrônico integrado em display único, programável de 2°C a 8°C com tecla incorporadas e de fácil ajuste. Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima , carga de bateria, data e hora, descritos no painel de LCD localizado frontalmente. - Registro de temperatura minuto a minuto, alarmes e eventos em tempo real. - Câmara interna e gavetas construídas em aço inoxidável com travamento externo evitando quedas. - Presença de cinco gavetas internas removíveis. - Porta de vidro triplo com perfil de alumínio de alta		
--	--	--

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

resistência e longa vida útil. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios com freio na parte frontal para fácil travamento. - Temperatura controlada automaticamente em 4°C por solução diatérmica para todos os sensores. - Sistema de alarme sonoro e visual montado em display frontal único descrevendo no visor: falta de energia elétrica, temperatura fora de faixa, falha de sensor de temperatura, porta aberta, manutenção programada, entre outros que podem ser ajustados. - Alerta de manutenção preventiva, programável pelo usuário e com mensagem no painel LCD. - Acionamento automático da iluminação interna em LED (resistente a umidade do ambiente) na abertura de porta ou externamente programável no painel pelo usuário. - Dispositivo de alerta por discadora para emitir alarme de todos os eventos que ocorrem para até 10 números telefônicos. - Sistema de multi-sensores alocados em diferentes pontos interno: superior, meio e inferior da câmara, todos imersos em solução diatérmica, possibilitando um controle preciso de temperatura em todo interior do equipamento, com registros individuais de mínima e máxima temperaturas ocorridas. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque no painel frontal superior. - Sistema de termostato de segurança para redundância, garantindo perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, no comando principal, ou seja, caso o produto tenha problemas elétricos ou eletrônicos, seu funcionamento estará garantido. Sendo integrado ao gabinete um sistema de emergência por baterias, com controlador de tensão e conversor para manter a temperatura por 72 horas (autonomia) sem energia elétrica. - Registro na ANVISA - classe II, Certificações ISO 13485 e Manual do proprietário em Português.		
--	--	--

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

- Chave geral de energia – liga desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. - Assistência Técnica credenciada ao CREA com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde, prazo mínimo de 02 anos. OBRIGATÓRIO: OPCIONAIS INCLUSO NOME: SAFETY SYSTEM - SISTEMA DE EMERGÊNCIA 24 HORAS DESCRIÇÃO: Exclusivo sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por 72 horas (autonomia). Possui um controlador da tensão ativando o sistema de emergência na falta de energia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica. NOME: Dispositivo de alerta por discadora. DESCRIÇÃO: Dispositivo de alerta por disca dora para emitir alarme de todos os eventos que ocorrem para até 10 números telefônicos. ** Garantia mínima de 12 meses. Dimensões Externas (cm) A: 210 L:73,5 P:85 Dimensões Internas (cm) A: 137 L: 58,5 P: 66,9 Gabinete Externo: Aço Galvazinado Gabinete Interno: Aço Inoxidável Porta De vidro com sistema anti-embaçamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante. Gavetas: 9 gavetas deslizantes com frontal de acrílico e com corrediças simples, duplas ou triplas.		
--	--	--

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

	Software Pendrive Instalação na unidade de saúde.		
06	Armário Roupeiro de aço para vestiário, corpo cor cinza, portas em verde escuro, produzido em aço chapa 26 0,45mm de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura epóxi, 16 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado ou fechadura com chave. Características:-Quantidade de Portas:16 -Cor: Corpo Cinza - Portas: verde escuro- Chapa: 26 / 0,45mm- Medida das Portas/ Vãos: 043Alt x 026Larg- Sistema de Ventilação: Veneziana-Fechamento Opcional: Pitão para cadeado ou Fechadura com chave- Pés removíveis: Sim (Pé Nivelador caso o piso não seja uniforme é possível ajustar, ANTI-FERRUGEM)- Pintura: Epóxi Pó Medidas aproximadas: ALTURA:197cmLARGURA:122cmPROFUNDIDADE: 36cm.		02 4505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023
07	Roupeiro de aço para vestiário corpo cor cinza, portas em verde escuro, produzido em aço chapa 26 0,45mm de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura epóxi, 6 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado ou fechadura com chave. Características:- Quantidade de Portas: 6 - Corpo Cor: Cinza - Portas: verde escuro- Chapa: 26 / 0,45mm- Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg- Sistema de Ventilação: Veneziana-Fechamento Opcional: Pitão para cadeado ou Fechadura com chave- Pés removíveis: Sim (Pé Nivelador caso o piso não seja uniforme é possível ajustar, ANTI-FERRUGEM).- Pintura: Epóxi Pó Medidas:ALTURA: 197cm LARGURA: 92cmPROFUNDIDADE: 36cm		01 4505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023
08	Armário Roupeiro de aço para vestiário, portas em verde escuro, produzido em aço chapa 26 0,45mm de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura epóxi, 3 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, o		03 4505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

	fechamento das portas é através de pitão para cadeado ou fechadura com chave.Características:- Quantidade de Portas: 3- Corpo Cor: Cinza - Portas: verde escuro- Chapa: 26 / 0,45mm- Medida das Portas/ Vãos: 092Alt x 027Larg- Sistema de Ventilação: Veneziana- Fechamento: Pitão para Cadeado ou Fechadura com chave- Pintura: Epóxi Pó Medidas: ALTURA: 198cmLARGURA: 33cmPROFUNDIDADE: 37cm.		
09	Armário de Aço multi-uso, com 02 (duas) portas de abrir e 04 (quatro)prateleiras resistente a 20kg, produzido em aço de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, em "CHAPA 26", 02 Portas de Abrir com fechadura com chave, 04 prateleiras, acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi).Características:- Quantidade de Portas: 02- Cor: Cinza - Chapa: 26 / 0,45mm- 4 prateleiras- Pintura: Epóxi Pó Medidas: ALTURA: 198cmLARGURA: 90cmPROFUNDIDADE: 40cm		023 - 4505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023
10	17166- APARELHO DE LASER TERAPÊUTICO SEM FIO (WIRELESS) Especificações: aparelho que permita a emissão simultânea do laser vermelho e infravermelho. Especificações Técnicas Principais: Comprimentos de Onda: 660nm (Vermelho) e 808nm (Infravermelho). Autonomia da Bateria: Até 4 horas em uso contínuo (bateria recarregável que não geral memória). Tempo de Recarga: 60 a 120 minutos para carga completa. Alimentação: Bateria de Li-lon e carregador bivolt automático (100-220V). Benefícios e Aplicações: Efeitos: Analgésico, anti-inflamatório, anti-edematoso, cicatrizante, regenerativo. O equipamento deverá possuir certificação de qualidade e conformidade técnica exigida pelos órgãos reguladores competentes (ANVISA, IB, etc.), bem como garantia mínima de fábrica, aferição, calibração e suporte especializado grátis e vitalício.	Centro de Saúde N. Sra. De Lourdes	01 - 4505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023
11	Oftalmoscópio - Iluminação branca e de alto brilho (LED ou Xenon), com excelente nitidez da imagem; Leve, compacto e ergonômico. Deve apresentar disco de lentes rotatório com ampla faixa de dioptrias positivas e negativas (aproximadamente de -20 a +20 ou superior) Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.Deve possuir cabo recarregável ou sistema de alimentação por bateria de longa duração , garantindo autonomia para uso em ambiente ambulatorial.O produto deverá	Centro de saúde	03 - 4500 - ATENÇÃO BÁSICA - PIES/REDE ALYNE 01 - Nicoleti 4293 - REDE BEM CUIDAR - PORTARIA 1228/2025

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

	possuir registro ou cadastro na ANVISA , garantia mínima 12 meses e assistência técnica disponível no país, assegurando manutenção e reposição de peças quando necessário.		
12	Transdutor Para Monitor Doppler Vascular compatível com a marca MD modelo FD200	Centro de saúde ESF Luiz Nicoletti Esf Eneo Doncatto Esf São José	04 - 4505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023
13	Monitor multiparamétrico portátil O equipamento deverá possuir certificação de qualidade e conformidade técnica exigida pelos órgãos reguladores competentes (ANVISA, IB, etc.), bem como garantia mínima de 12 meses de fábrica e assistência técnica autorizada para manutenção preventiva e corretiva. Disponibilizar acessórios inclusos, bem como manguitos para todas as faixas etárias, bem como manutenção dos mesmos. Bateria com autonomia de 4- 6 horas e carregador.	Centro de Saúde N. Sra. De Lourdes	01 4500 - ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 3616/2023
14	Maca mesa ginecologica gabinete e bandeja CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS * Leito estofado e revestido em couro dividido em três partes (Cabeceira, Assento e Perneira). * Cabeceira e Perneira com regulagem através de cremalheiras cromadas. * Porta-Coxas de Fibra revestido em couro. * Suporte de Lençol com pintura epóxi antiferrugem. * Suporte para Colposcópio portátil cromado •Gaveta de Fluídos em inox. * Pés de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática e borracha * Suporta até 200 Kg. * 4 Gavetas * 2 Portas * 1 Prateleira interna removível * 1 Gaveta de Fluídos em Inox * 1 Suporte para Colposcópio * 1 Suporte para Lençol DIMENSÕES DA MESA GINECOLÓGICA * 1,80 m (Comprimento na posição leito) * 0,60 m (Largura) * 0,80 m (Altura) MEDIDA DA ESPUMA * Densidade: D 23	01	021 Nicoletti 4293 - REDE BEM CUIDAR - PORTARIA 1228/2025

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

	* Altura: 5 cm COR DO MDF * Branco		
15	Impressora térmica de etiquetas Modelo: Zebra ZT230 <u>Tipo: Impressora industrial de etiquetas e códigos de barras</u> Tecnologia de impressão: Transferência térmica, Térmica direta Resolução de impressão: 203 dpi (padrão), 300 dpi (opcional) Velocidade máxima de impressão: Até 152 mm por segundo (6 ips) Largura máxima de impressão: Até 104 mm Comprimento máximo de impressão: 203 dpi: até 3.988 mm 300 dpi: até 1.854 mm Memória: 128 MB SDRAM, 128 MB Flash Processador: Aproximadamente 400 MHz Interfaces de comunicação: USB, Serial RS-232, Ethernet, Wi-Fi opcional (dependendo da versão) Sensores de mídia: Sensor transmissivo (gap), Sensor reflexivo (marca preta) Tipos de mídia suportados: Etiqueta contínua, Etiqueta com gap, Marca preta, Etiqueta serrilhada ou chanfro Largura da mídia: Aproximadamente 19,4 mm a 114 mm Espessura da mídia: Aproximadamente 0,076 mm a 0,25 mm Ribbon (transferência térmica): Suporte a ribbons industriais de grande capacidade (até aprox. 450 m) Linguagens de programação: ZPL / ZPL II, EPL, XML Sistema operacional: Zebra Link-OS®	01	01 farmácia 4011 - QUALIFICAÇÃO INFRAESTRUTURA FARMÁCIAS PORTARIA 1253/2025

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

	Estrutura: Chassi metálico industrial Indicado para operação contínua em ambientes industriais e logísticos Sistema operacional incluído na instalação da impressora.		
16	Longarina Cadeira Longarina 3 Lugares Secretária, suporta até 120kg, modelo secretária, garantia de no mínimo 6 meses, PÉ FIXO. Espuma Injetada de alta densidade. Revestida em Couro Ecológico NA COR AZUL Estrutura em tubo 50x30 com L duplo e pintura epóxi Medidas: Assento: 42cm largura x 39cm profundidade; Encosto: 37cm largura x 30cm altura	UN	07 4293 - REDE BEM CUIDAR - PORTARIA 1228/2025
17	Cadeiras para paciente - Cadeira Escritório Interlocutor Base Fixa Cromada; Assento de madeira revestida em PU; Base em aço cromado	UN	16 4293 - REDE BEM CUIDAR - PORTARIA 1228/2025 vick
18	17158 ELETROCAUTÉRIO PORTÁTIL 220V BISTURI ELETRÔNICO Bisturi eletrônico microprocessado com potência mínima de 300W, com recursos que permita proteger o paciente contra queimaduras. Deve apresentar painel a prova de líquidos. Deve possuir no mínimo as funções monopolar e bipolar. O controle da potência deve ser realizado por meio da caneta e/ou pedal. Deve permitir no mínimo as seguintes operações: Corte puro (300W), Blend (130W), Coagulação (120W) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte e 01 pedal bipolar.	UN	01 4505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023
19	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE Composto de papel resistente e saco plástico resistente, capacidade para 3 litros, deve possuir alça dupla para transporte. Produzido de acordo com o NBR 13853.	UN	200 4500 - ATENÇÃO BÁSICA – ATENÇÃO PRIMARIA MANUTENÇÃO
20	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE Composto de papel resistente e saco plástico resistente, capacidade para 1,5 litros, deve possuir alça dupla para transporte. Produzido de acordo com o NBR 13853.	UN	1500 - PIAPS - 4050
	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL TAMANHO APROXIMADO 33,5CM X 47 CM. Apresentação: pacote com 100 unidades	PC	15
	ENVELOPE AUTOSELANTE Para a esterilização de materiais em autoclave, medindo 15cm x 25cm	UN	100

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

(LxA). Apresentação: Pacote com 200 envelopes.		
CURATIVO ALVEOLAR Para tratamento de alveolite a base de própolis Apresentação: Caixa com 2 Seringas de 3g.	CX	5
TRICRESOL FORMALINA - Apresentação 10ml	UN	100
RESINA FLOW - Apresentação: Bisnaga de 2,4g com pontas aplicadoras. validade mínima de 2 anos.cores A3D e a3,5D	UN	20
SPRAY ENDO ICE -50o spray refrigerante para teste de sensibilidade pulpar. Com resfriamento intenso e resposta imediata do dente testado. Evaporação rápida e segura, sem resíduos.Podendo ser utilizado em dentes naturais, restaurados ou tratados endodonticamente. Frasco com 200ml e válvula spray para uso clínico fácil e preciso.	UN	05
CURATIVO ALVEOLAR Para tratamento de alveolite a base de própolis Apresentação: Caixa com 2 Seringas de 3g.	CX	5
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO Especificações mínimas: Equipamento odontológico conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato para profilaxia e remoção de cálculo dentário, com as seguintes características mínimas: Sistema de ultrassom piezoelétrico com frequência de trabalho entre 28 kHz e 36 kHz; Transdutor piezoelétrico com controle eletrônico de frequência; Caneta de ultrassom removível e autoclavável; Sistema de iluminação por LED integrado à caneta ou tecnologia equivalente; Jato de bicarbonato integrado ao equipamento; Seleção dos modos de operação ultrassom e jato de bicarbonato por comando eletrônico ou mecânico; Controle de potência do ultrassom com ajuste progressivo; Controle independente do fluxo de água para refrigeração; Reservatório ou sistema de alimentação para bicarbonato de sódio;	UN	014505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

Pedal de acionamento único; Acompanhado de, no mínimo, 04 (quatro) pontas para aplicações clínicas diversas, contemplando procedimentos periodontais e endodônticos; Chave para instalação e remoção das pontas; Componentes autoclaváveis em contato com o paciente; Alimentação elétrica 220 V ou bivolt automático; Registro vigente na ANVISA. Acessórios mínimos 04 (quatro) pontas de ultrassom; 01 (uma) chave para instalação das pontas; 01 (um) pedal de acionamento; Kit inicial para utilização do jato de bicarbonato; Manual de operação em português. Garantia Garantia mínima de 12 meses. Apresentar catalogo		
SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS ODONTOLÓGICAS Sistema de digitalização de imagens odontológicas, composto por: 01 sensor digital intraoral, com captura de imagens em alta definição em tempo real, tecnologia CMOS e/ou fibra óptica, conexão USB, salva e exporta imagens no sistema DICOM, software com ampla gama de recursos de imagem, resolução teórica mínima de 20 pl/mm; 01 posicionador; Comunicação com computadores. O equipamento deverá possuir assistência técnica autorizada no território nacional e garantia mínima de 12 (doze) meses. Apresentar catalogo	UN	014505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023
RAIO-X ODONTOLOGICO PORTÁTIL DIGITAL Características mínimas: Tensão do tubo de raios X de, no mínimo, 60 kV; Corrente do tubo de, no mínimo, 2 mA; Potência compatível com a realização de exames radiográficos odontológicos intraorais; Ponto focal igual ou inferior a 0,8 mm; Alimentação por bateria recarregável de íons de lítio ou tecnologia superior; Estrutura portátil e ergonômica, com peso máximo de 3,0 kg; Dispositivo de disparo com sistema de segurança contra exposições acidentais; Compatível com sensores digitais, placas de fósforo (PSP) e filmes radiográficos odontológicos; Painel de controle digital para ajuste dos parâmetros de exposição; Certificação e registro vigentes junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); Atender às normas técnicas e de segurança	UN	014505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

	aplicáveis para equipamentos emissores de radiação ionizante. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Acessórios inclusos: bateria recarregável, carregador, manual de operação em português e demais componentes necessários ao pleno funcionamento do equipamento.		
	TERMOMETRO INFRAVERMELHO CORPORAL	UN	304505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023
	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	1004505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023
	CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITÓRIO	UN	104505 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - PORTARIA 981/2023
	MACA TRANSPORTE PACIENTE COM GRADE RODAS HOSPITALAR	UN	01 4293 - REDE BEM CUIDAR - PORTARIA 1228/2025
	IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS: Industrial, transferência térmica/térmica direta, 203 dpi, velocidade de 152 mm/s, conexões USB/Serial/Ethernet, linguagem ZPL/EPL.	UN	014011 - QUALIFICAÇÃO INFRAESTRUTURA FARMÁCIAS PORTARIA 1253/2025
	Etiqueta autoadesiva Rolo de Etiqueta Adesiva 50×30 • Colunas: 1 • Material: Papel Couchê Adesivo Térmico • Largura Etiqueta: 50 mm (5,0 cm) • Altura Etiqueta: 30 mm (3,0 cm) • Metragem: 30 metros • Etiquetas Por Rolo: 909 etiquetas	UN.	50 4011 - QUALIFICAÇÃO INFRAESTRUTURA FARMÁCIAS PORTARIA 1253/2025

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

	• Diâmetro Interno Tubo: 1" (25,4mm) COMPATÍVEL COM IMPRESSORA Zebra ZT230.		
	Etiqueta autoadesiva Rolo de Etiqueta Adesiva 33x21x3 • Colunas: 3 (separadas 3 mm) • Material: Papel Couchê Adesivo • Largura Etiqueta: 33 mm (3,3 cm) • Altura Etiqueta: 21 mm (2,1 cm) • Metragem: 30 metros • Etiquetas Por Rolo: 3.750 etiquetas • Diâmetro Interno Tubo: 1" (25,4mm) COMPATÍVEL COM IMPRESSORA Zebra ZT230.	UN	20 4011 - QUALIFICAÇÃO INFRAESTRUTURA FARMÁCIAS PORTARIA 1253/2025
	Fita Ribbon Tipo fita: Ribbon Dimensões: 110mm x 450m Material da tinta: Cera preta Fornecimento: rolo Compatível com impressora térmica Zebra ZT230	UN.	30 4011 - QUALIFICAÇÃO INFRAESTRUTURA FARMÁCIAS PORTARIA 1253/2025

1. JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA COMPRA*:

A presente contratação justifica-se pela necessidade premente de reestruturação e modernização da assistência à saúde, motivada diretamente pela obsolescência tecnológica do atual parque de equipamentos médicos e odontológicos, bem como pela escassez intermitente de insumos e dispositivos ambulatoriais essenciais. O desgaste natural decorrente do uso prolongado desses maquinários tem gerado um ciclo oneroso de manutenções corretivas frequentes e longos períodos de inatividade dos aparelhos, o que compromete diretamente a precisão dos diagnósticos e a agilidade na realização de procedimentos clínicos. Essa deficiência operacional, somada à descontinuidade no abastecimento de materiais de consumo básico e especializado, limita a capacidade de atuação das equipes de saúde e cria gargalos severos no fluxo de atendimento à população.

Esse cenário de precariedade gera impactos negativos que afetam tanto a eficiência da gestão

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

pública quanto a segurança e o bem-estar dos pacientes assistidos. A paralisação frequente de salas de atendimento por falhas técnicas resulta na ociosidade forçada da força de trabalho médica e odontológica, além de provocar um aumento expressivo e inaceitável nas filas de espera por consultas e exames de rotina. Sob a ótica financeira, a persistência na manutenção paliativa de tecnologias defasadas configura um desperdício de recursos públicos, que poderiam ser direcionados de forma mais estratégica e econômica para a aquisição de novas ferramentas com garantia de fábrica e menor custo de operação. Clique ou toque aqui para inserir o texto.

2. A CONTRATAÇÃO ESTÁ DEVIDAMENTE PREVISTA NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2026:

☒ SIM

☐ NÃO

Em caso de NÃO estar previsto, justificar: [Clique ou toque aqui para inserir o texto.](#)

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou recebimento dos produtos:

17/07/2026

3.2. Local da entrega do objeto ou da prestação do serviço: CONFORME TR

3.3. Outras observações sobre o bem ou serviço a ser prestado: CONFORME TR

4. GARANTIA DO OBJETO/SERVIÇO:

☒ Legal prevista no Código de Defesa do Consumidor;

☐ 12 meses

☐ Outra. Especificar a garantia: [Clique ou toque aqui para inserir o texto.](#)

5. PAGAMENTO:

☒ Em até 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente atestada pelo fiscal do contrato, e de Laudo de prestação e conclusão do serviço emitido pela Secretaria requisitante.

☐ Outro. Se outro, especificar qual e justificar: [Clique ou toque aqui para inserir o texto.](#)

6. PRAZO DO CONTRATO:

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

- ☒ Entrega/prestação imediata;
- ☐ 31/12/2025;
- ☐ 12 meses;
- ☐ Serviço contínuo com duração de 12 meses, podendo ser prorrogáveis;
- ☐ Outro. Se outro especificar o prazo: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.**

7. AMOSTRA DO OBJETO:

☐ SIM

☒ NÃO

Em caso de solicitação de amostra informar:

- a) Itens os quais serão necessários amostras: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.**
- b) Critérios de avaliação: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.**
- c) Técnico Responsável por avaliar as amostras: **Clique ou toque aqui para inserir o texto.**

8. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:

☒ Usuais de qualquer procedimento licitatório.

☒ Outros:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

☒ O recebimento dos serviços, objetos desta licitação, será feita por servidor designado por portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, inc. I e II, da Lei nº 14.133/21. O recebimento definitivo observará o prazo de cinco dias úteis contados do recebimento provisório.

☒ O contratante exercerá ampla fiscalização sobre os serviços acordados, por meio dos servidores designados em Portaria, podendo as vistorias serem realizadas a qualquer momento, conforme convier ao contratante, sem prévio aviso. As atribuições do fiscal do contrato seguirão o disposto no Art. 117 da Lei 14.133/21.

☒ A Gestão do contrato será realizada por meio dos servidores designados pela Portaria 160/2026.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

- ☒ Padrões de contratação;
☐ Outras. Especificar obrigações complementares: [Clique ou toque aqui para inserir o texto.](#)

11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

- ☐ Dispensa de Licitação (art. 75 da Lei 14.133/2021) - compra emergencial
☐ Inexigibilidade de Licitação (art. 74, da Lei 14.133/2021)
☒ Licitação (Pregão Eletrônico, Concorrência Eletrônica)
☐ Credenciamento (Art. 79 da Lei 14.133/2021 c/c Decreto nº. 11.878/2024)
☐ Parcerias Voluntárias (Lei Federal nº. 13.019/2014)

11.1 Se inexigibilidade informar se Produtor/Empresa/Representante Exclusivo:

- ☐ SIM ☒ NÃO

12. CRITÉRIO NÍVEL DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

Menor Preço Por Item

12.1. No caso de critério de nível de julgamento menor preço global, justificar a escolha: s

13. DOCUMENTOS ANEXOS AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD:

- ☐ Termo de Referência
☐ Cotação/Orçamento
☐ Outros: [Clique ou toque aqui para inserir o texto.](#)

Diante do exposto, solicitamos a contratação do objeto ora requisitado nos moldes solicitados, tendo em vista que a solução pretendida é a que melhor atenderá as necessidades e o interesse público.

17/06/2026

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS – RS
CENTRO ADM. MUN. PREF. MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

SECRETARIA DE SAÚDE

ASSINATURA RESPONSÁVEL

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA.”

AV. VENÂNCIO AIRES, 720 – CENTRO – 95190-000 – SÃO MARCOS/RS – FONES: (54) 3291.9900