

Ata nº1 2026 – Relatório de Análise e Avaliação das Amostras

No dia 15/07/2026, reuniram-se no Ambulatório de Diabetes, localizado na Rua Capitão Pedro Werlang, nº59, Bairro Higienópolis, Santa Cruz do Sul/RS os responsáveis por realizar a análise e avaliação da amostra relativa ao PE 069/2026 – Registro de preços para futuras aquisições parceladas de tira testes para uso em aparelho glicosímetro. Conforme informado pelo pregoeiro responsável, a abertura da licitação ocorreu no dia 06/07/2026, sendo aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para envio de amostra nos termos do item 8 do edital. Consoante resultado preliminar, a empresa primeira colocada no item ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, ofertando a marca G. TECH. Transcorrido o prazo, recebemos a amostra do aparelho glicosímetro e demais documentos, após análise pela comissão, verificou-se a falta do software, entramos em contato com a empresa que respondeu com um link para baixar o programa. Não foi possível baixar os dados do glicosímetro teste por falta do cabo. Após análise funcional da plataforma disponibilizada pela empresa, verificou-se que o sistema informatizado apresenta recursos limitados para o acompanhamento clínico especializado, não disponibilizando funcionalidades consideradas essenciais para o monitoramento longitudinal dos pacientes atendidos pelo Ambulatório de Diabetes. Diante do exposto, a amostra foi **reprovada**. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata.

Carmen Maria Hamid
Coordenadora do Ambulatório de Diabetes

Giovana R P Bittencourt
Nutricionista