



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01261

Bento Gonçalves, 03 de julho de 2026.

À
Michele Agnolin
Auxiliar de Saúde Bucal
Coordenação de Saúde Bucal

Assunto: FASE DE AMOSTRAS - PE 227/2025 - MATERIAL ODONTO

Prezada, boa tarde.

Ao cumprimentá-la, venho por meio deste, informar que, conforme resultado prévio, anexo, do Pregão Eletrônico - PE 227/2025 - MATERIAL ODONTO, foi aberto o prazo de amostras - 3ª chamada para os itens 18, 33, 34 e 51, conforme o subitem 1.3 do Edital e Subitem 5.2 do Termo de Referência. O prazo encerra dia 10/07/2026, após análise aguardo o parecer para agendar a continuidade do Certame.

Desde já agradeço e fico no aguardo.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Cleomar Cordeiro Cunha
Agente de Contratação



Assinado com senha por CLEOMAR CORDEIRO CUNHA.
Documento Nº: 206017-5564 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=206017-5564>

Classif. documental

00.01.01.01



SEFINOFI202601261A



PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
SETOR DE SAÚDE BUCAL

TABELA 227 3º CHAMADA

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA /PARECER
18	50	CX	7601- CIMENTO OBTURADOR DE CANAL, APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO PÓ COM 8G, FRASCO OU BISNAGA CONTENDO RESINA COM 9G, COMPOSIÇÃO PÓ, TRIÓXIDO DE BISMUTO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, UROTROPINA E DIÓXIDO DE TITÂNIO, RESINA: EPÓXI, INDICAÇÕES: INDICADO PARA CIMENTAÇÃO EM OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	PORTO ALEGRENSE REPROVADO-(a composição química não está de acordo com as especificações da descrição da composição química do cimento obturador de canais endodônticos solicitado que é: Pó - Trióxido de Bismuto; Hidróxido de Cálcio; Urotropina e Dióxido de Titânio. Resina: Epóxi.)
33	50	CX	COMPACTADORES DE MACSPADEN Nº70 DE 21 MM,CAIXA COM 4 UNIDADES.	GOLDEN REPROVADO(ao imprimir leve força nos COMPACTADORES DE MACSPADEN Nº70 e 80 da marca Univy percebemos que os mesmos se deformam, essa flexibilidade pode comprometer o desempenho do instrumento durante

				a termoplastificação da gutapercha, possibilitar maior risco de fratura do instrumento no interior do canal radicular além de influenciar em uma menor durabilidade dos mesmos. Verificamos também que sua lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos é delicada o que pode comprometer eficácia do Condensador de Guta Mcspadden que ao entrar em contato com a gutapercha aquece-a e através do processo de fricção, promove sua termoplastificação, proporcionando uma a obturação endodôntica que promove melhor vedamento do sistema de canais radiculares.
34	50	CX	COMPACTADORES DE MACSPADEN Nº80 DE 21 MM,CAIXA COM 4 UNIDADES.	GOLDEN REPROVADO(ao imprimir leve força nos COMPACTADORES DE MACSPADEN Nº70 e 80 da marca Univy percebemos que os mesmos se deformam, essa flexibilidade pode comprometer o desempenho do instrumento durante

				a termoplastificação da gutapercha, possibilitar maior risco de fratura do instrumento no interior do canal radicular além de influenciar em uma menor durabilidade dos mesmos. Verificamos também que sua lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos é delicada o que pode comprometer eficácia do Condensador de Guta Mcspadden que ao entrar em contato com a gutapercha aquece-a e através do processo de fricção, promove sua termoplastificação, proporcionando uma a obturação endodôntica que promove melhor vedamento do sistema de canais radiculares.)
51	150	CX	34008-LIMA PARA CANAL TIPO FLEXOFILE 1ª SÉRIE(15,20,25,30,35,40), 25MM, EMBALAGEM COM 6 LIMAS SORTIDAS .	PORTO ALEGRENSE REPROVADO(pois não está de acordo com as especificações, pois nos foi enviado amostra de lima tipo K e na especificação é solicitado lima flexofile. A Lima Flexofile é um instrumento endodôntico manual de aço inoxidável, com alto poder de corte e flexibilidade. Possui secção transversal triangular que reduz o risco de desvios e

				perfurações em canais que apresentam curvatura. A secção triangular oferece mais flexibilidade que as tradicionais limas tipo K.)
--	--	--	--	---



Documento assinado digitalmente
MICHELEAGNOLIN
Data: 14/07/2026 11:01:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>