



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01332

Bento Gonçalves, 20 de julho de 2026.

Ao Avaliação de Materiais

Assunto: Análise das Propostas e Catálogos - PE 095.26 - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Prezados, bom dia.

Ao cumprimentá-los, venho por meio deste, apresentar os catálogos anexados nas propostas resultantes do PE 095.26 - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, da empresas conforme resultado prévio anexo. Solicito, conforme subitem 5.6 do Edital, análise e parecer dos respectivos catálogos.

Os documentos se encontram no seguinte caminho:

PATA PÚBLICA (:P) -> PE 095.26 - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Desde já agradeço e fico no aguardo.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Cleomar Cordeiro Cunha
Agente de Contratação



Assinado com senha por CLEOMAR CORDEIRO CUNHA.
Documento Nº: 209079-7356 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=209079-7356>

Classif. documental

00.01.01.01



SEFINOFI202601332A



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/01042

Bento Gonçalves, 21 de julho de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01332, 20/07/26 - SEFIN.

Segue documento no anexo com resultado da avaliação dos catálogos.

- assinado eletronicamente -
Ana Paula Felini Paese
Enfermeiro



Assinado com senha por ANA PAULA FELINI PAESE.
Documento Nº: 209198-2940 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=209198-2940>

Classif. documental

00.01.01.01



SMSDES202601042A

Análise de propostas / catálogos resultantes do PE 095/2026.

Nº ITEM	DESCRIPTIVO RESUMIDO	MARCA/ MODELO	EMPRESA	RESULTADO
01	Oftalmoscópio portátil led	DOCTOR DEVICES / BR 400-103	CIR. SÃO FELIPE	APROVADO
02	Oftalmoscópio portátil led	DOCTOR DEVICES / BR 400-103	ASCLÉPIOS	APROVADO
03	Medidos SSVV's com tela	GENERAL MEDITECH / G3R	LC COMÉRCIO	REPROVADO – edital solicitado armazenamento de pelo menos 1.000 (mil) registros, equipamento ofertado oferece armazenamento de dados por 360h, não faz referência à quantidade de registros.
04	Medidos SSVV's com tela	CREATIVE / PC-900	ASCLÉPIOS	APROVADO
05	Otoscópio de parede	MD / TRANSFORMADOR DE PAREDE E CABEÇA FIBRA ÓPTICA 3,5V LED	216 MATERIAL	APROVADO
06	Otoscópio de parede	MD / TRANSFORMADOR DE PAREDE 3,5V LED E CABEÇA FIBRA ÓPTICA 3,5V LED	216 MATERIAL	APROVADO
07	Cama hospitalar motorizada	RENOVAR / MR2016 LUXO	TCJM	REPROVADO – catálogo editado pelo licitante para atender ao exigido, pois o modelo de Fábrica não atende ao edital, conforme consulta em sites de busca. No catálogo enviado a foto é da cama marca Hill-Rom e não da Renovar.
08	Cama hospitalar motorizada	RENOVAR / MR2016 LUXO	TCJM	REPROVADO – catálogo editado pelo licitante para atender ao exigido, pois o modelo de Fábrica não atende ao edital, conforme consulta em sites de busca. No catálogo enviado a foto é da cama marca Hill-Rom e não da Renovar.
09	Cama hospitalatr Fowler	ALF / CH AC01 AÇO CARBONO COM PINTURA	ALF	APROVADO
10	Cama hospitalatr Fowler	ALF / CH AC01 AÇO CARBONO COM PINTURA	ALF	APROVADO
11	Otoscópio portátil led	DOCTOR DEVICES / OTOSCÓPIO POCKET BR	ASCLÉPIOS	REPROVADO – edital solicita 10 espéculos no mínimo,



SEFINOFI202601332A

		101-105		catálogo cita apenas 5 espéculos.
12	Aparelho de pressão infantil	G-TECH PREMIUM / INFANTIL	OLIMPIO	APROVADO
13	Aparelho de pressão criança	G-TECH PREMIUM / NEONATAL	OLIMPIO	APROVADO
14	Aparelho de pressão adulto pequeno	G-TECH PREMIUM / ADULTO	OLIMPIO	APROVADO
15	Aparelho de pressão adulto	G-TECH PREMIUM / ADULTO GRANDE	STARMEDICAL	APROVADO
16	Aparelho de pressão adulto grande	G-TECH PREMIUM / ADULTO EXTRA GRANDE	STARMEDICAL	APROVADO
17	Nebulizador 4 saídas	MEDICATE MD 400 BP BI-POWER	216 MATERIAL	APROVADO
18	dermatoscópio	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
19	Cardiotocógrafo	GENERAL MEDITECH / G6A 10,4"	LC COMÉRCIO	APROVADO

