



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01344

Bento Gonçalves, 22 de julho de 2026.

Ao Avaliação de Materiais

Assunto: Análise das Propostas e Catálogos - PE 095.26 - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Prezados, bom dia.

Ao cumprimentá-los, venho por meio deste, apresentar os catálogos anexados nas propostas resultantes do PE 095.26 - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, 2ª CHAMADA, da empresas conforme resultado prévio anexo. Solicito, conforme subitem 5.6 do Edital, análise e parecer dos respectivos catálogos.

Os documentos se encontram no seguinte caminho:

PATA PÚBLICA (:P) -> PE 095.26 - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Desde já agradeço e fico no aguardo.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Cleomar Cordeiro Cunha
Agente de Contratação



Assinado com senha por CLEOMAR CORDEIRO CUNHA.
Documento Nº: 209489-2940 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=209489-2940>

Classif. documental

00.01.01.01



SEFINOFI202601344A



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/01048

Bento Gonçalves, 22 de julho de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01344, 22/07/26 - SEFIN.

Segue no anexo avaliação 2ª chamada dos catálogos.

- assinado eletronicamente -
Ana Paula Felini Paese
Enfermeiro



Assinado com senha por ANA PAULA FELINI PAESE.
Documento Nº: 209535-2940 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=209535-2940>

Classif. documental

00.01.01.01



SMSDES202601048A

Análise de propostas / catálogos **2ª chamada**, resultantes do PE 095/2026.

Nº ITEM	DESCRIPTIVO RESUMIDO	MARCA/ MODELO	EMPRESA	RESULTADO
03	Medidor SSVV's com tela	CREATIVE / PC-900	CIR. SÃO FELIPE	APROVADO
07	Cama hospitalar motorizada	RENOVAR / MR2016 LUXO	MEGMED	REPROVADO – catálogo editado pelo licitante para atender ao exigido, pois o modelo de Fábrica não atende ao edital, conforme consulta em sites de busca. Não atende às dimensões externas, edital solicita medida de comprimento 2,12 podendo chegar a 2,32m com uso de extensor. Modelo apresentado possui medida máxima de 2,03m, não demonstra possibilidade de uso de extensor de leito. Em sites de buscas demonstra rodízio de 4" para o modelo, conforme segue: https://www.magazineluiza.com.br/cama-hospitalar-5-movimentos-mr-2016-luxo-com-colchao-impermeavel-renovar/p/de4952bj38/cm/ctpc/
08	Cama hospitalar motorizada	RENOVAR / MR2016 LUXO	MEGMED	
11	Otoscópio portátil led	MEDICATE / MD7100	216 MATERIAL	APROVADO



SEFINOFI202601344A