

PREGÃO Nº: 021/2026
FORNECEDOR: ALTERMED

REFERENCIA: LOTE 2

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		MARCA RECEBIDA	ATENDE AO DESCRITIVO
DESCRIÇÃO DO ITEM 1	ABOCATH Nº 20 DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER TAM ANHO 20 G - COR CINZA UNIVERSAL. ESTÉRIL, RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA TRANSPARENTE, COM PAREDES FINAS, LISAS, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, HEMOCOMPATÍVEL, INERTE, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA. CÂNULA METÁLICA - AGULHA SILICONADA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, SEM RESBARBAS OU RESÍDUOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITA PROTEÇÃO TOTAL DA PONTA DA AGULHA PÓS PUNÇÃO SEM RISCO BIOLÓGICO ATENDENDO A NR-32. COM CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO E TRANSPARENTE QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNEO. CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK PERMITE CONEXÃO SEGURA COM OS EQUIPOS UTILIZADOS, CODIFICADO POR CORES INDICANDO O CALIBRE CONFORME A NBR 1055-5. EMBALADO INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE COM REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	ECOWIN-S	• Deslize e ausência de resistência na punção; • Eficácia do dispositivo de segurança (NR-32); • Engate preciso às conexões. • Mecanismo de Segurança: Acionamento passivo ou ativo com travamento irreversível da agulha (NR- 32); ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO ITEM 2	CATETER TAMANHO 22 G - COR VERDE UNIVERSAL. ESTÉRIL, RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA TRANSPARENTE, COM PAREDES FINAS, LISAS, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, HEMOCOMPATÍVEL, INERTE, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA. CÂNULA METÁLICA - AGULHA SILICONADA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, SEM RESBARBAS OU RESÍDUOS. CONFECCIONADA EM	ECOWIN-S	• Deslize e ausência de resistência na punção; • Eficácia do dispositivo de segurança (NR-32); • Engate preciso às conexões. • Mecanismo de Segurança: Acionamento passivo ou ativo com travamento irreversível da agulha

	AÇO INOXIDÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITA PROTEÇÃO TOTAL DA PONTA DA AGULHA PÓS PUNÇÃO SEM RISCO BIOLÓGICO ATENDENDO A N32. COM CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO E TRANSPARENTE QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK PERMITE CONEXÃO SEGURA COM OS EQUIPOS UTILIZADOS, CODIFICADO POR CORES INDICANDO O CALIBRE CONFORME A NBR 1055-5. EMBALADO INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE COM REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.		(NR- 32); ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO ITEM 3	18840 - ABOCATH Nº 24 DISPOSITIVO INTRAVENOSO CATETER TAMANHO 24 G COR AMARELO. ESTÉRIL, RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CÂNULA TRANSPARENTE, COM PAREDES FINAS, LISAS, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, HEMOCOMPATÍVEL, INERTE, FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA. CÂNULA METÁLICA - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, SEM REBARBAS OU RESÍDUOS. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITA PROTEÇÃO TOTAL DA PONTA DA AGULHA PÓS PUNÇÃO SEM RISCO BIOLÓGICO ATENDENDO A N32. COM CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO E TRANSPARENTE QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK PERMITE CONEXÃO SEGURA COM OS EQUIPOS UTILIZADOS, CODIFICADO POR CORES INDICANDO O CALIBRE CONFORME A NBR 1055-5. EMBALADO INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E REGISTRO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL E VIGENTE COM REGISTRO NA ANVISA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	ECOWIN-S	• Deslize e ausência de resistência na punção; • Eficácia do dispositivo de segurança (NR-32); • Engate preciso às conexões. • Mecanismo de Segurança: Acionamento passivo ou ativo com travamento irreversível da agulha (NR- 32); ATENDE AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

SÃO MARCOS, 21 DE JULHO DE 2026

EQUIPE AVALIATIVA:

Enf Victorya dos Santos Varela

Téc Enf Carla Vieira da Silva

PARECER:

APROVADO