

PREGÃO Nº: 021/2026
FORNECEDOR: ALTERMED

REFERENCIA: LOTE 7

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		MARCA RECEBIDA	ATENDE AO DESCRITIVO
DESCRIÇÃO DO ITEM 1	SCALP Nº 21G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSO DE ACORDO COM A NR 32 E PORTARIA 1748 DO, COM ASAS DE EMPUNHADURA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA ROSQUEÁVEL. TUBO EM PVC DISTAL MALEÁVEL E SEM MEMÓRIA. ASA EM PVC FLEXÍVEL COLORIDO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, CÂNULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CÂNULA 21G. EMBALAGEM UNITÁRIA: ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA OXIDO DE ETILENO, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE COM ATE UM ANO NO ATO DA ENTREGA. CX COM 100 UNIDADES	MEDIX	• Mecanismo de Segurança: Deve permitir o acionamento (travamento da agulha) durante ou imediatamente após a retirada da veia, utilizando apenas uma das mãos; • Travamento Irreversível: Confirmado por sinal sonoro (click) ou visual, impedindo a reexposição da agulha; • Bisel: Trifacetado e siliconizado para garantir inserção atraumática ATENDE AOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO ITEM 2	SCALP Nº 23G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSO DE ACORDO COM A NR 32 E PORTARIA 1748 DO, COM ASAS DE EMPUNHADURA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA ROSQUEÁVEL. TUBO EM PVC DISTAL MALEÁVEL E SEM MEMÓRIA. ASA EM PVC FLEXÍVEL COLORIDO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, CÂNULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CÂNULA 23G. EMBALAGEM UNITÁRIA: ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA ÓXIDO DE ETILENO, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE COM ATÉ UM ANO NO ATO DA ENTREGA. CX COM 100 UNIDADES	MEDIX	• Mecanismo de Segurança: Deve permitir o acionamento (travamento da agulha) durante ou imediatamente após a retirada da veia, utilizando apenas uma das mãos; • Travamento Irreversível: Confirmado por sinal sonoro (click) ou visual, impedindo a reexposição da agulha; • Bisel: Trifacetado e siliconizado para garantir inserção atraumática ATENDE AOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO ITEM 3	SCALPE Nº 25G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSO DE ACORDO COM A NR 32 E PORTARIA 1748 DO, COM ASAS DE EMPUNHADURA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA ROSQUEÁVEL.	MEDIX	• Mecanismo de Segurança: Deve permitir o acionamento (travamento da agulha) durante ou imediatamente após a retirada da veia, utilizando apenas uma das mãos; • Travamento Irreversível: Confirmado

	TUBO EM PVC DISTAL MALEÁVEL E SEM MEMÓRIA. ASA EM PVC FLEXÍVEL COLORIDO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, CÂNULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CÂNULA 25G. EMBALAGEM UNITÁRIA: ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA ÓXIDO DE ETILENO, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE COM ATE UM ANO NO ATO DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES		por sinal sonoro (click) ou visual, impedindo a reexposição da agulha; • Bisel: Trifacetado e siliconizado para garantir inserção atraumática ATENDE AOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO ITEM 4	SCALPE Nº 27G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSO DE ACORDO COM A NR 32 E PORTARIA 1748 DO, COM ASAS DE EMPUNHADURA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CONECTOR PROXIMAL LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA ROSQUEÁVEL. TUBO EM PVC DISTAL MALEÁVEL E SEM MEMÓRIA. ASA EM PVC FLEXÍVEL COLORIDO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, CÂNULA TRIFACETADA EM INOX SILICONIZADA, PROTETOR DE CÂNULA 27G. EMBALAGEM UNITÁRIA: ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA OXIDO DE ETILENO, CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE COM ATE UM ANO NO ATO DA ENTREGA	MEDIX	• Mecanismo de Segurança: Deve permitir o acionamento (travamento da agulha) durante ou imediatamente após a retirada da veia, utilizando apenas uma das mãos; • Travamento Irreversível: Confirmado por sinal sonoro (click) ou visual, impedindo a reexposição da agulha; • Bisel: Trifacetado e siliconizado para garantir inserção atraumática ATENDE AOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO
SÃO MARCOS, 21 DE JULHO DE 2026			
EQUIPE AVALIATIVA: Enf Victorya dos Santos Varela Téc Enf Carla Vieira da Silva		PARECER: APROVADO	