



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01397

Bento Gonçalves, 04 de agosto de 2026.

Ao Avaliação de Materiais

Assunto: Análise das Propostas e Catálogos - PE 093.26 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATEND. PRE HOSPITALAR SAMU

Prezados, bom dia.

Ao cumprimentá-los, venho por meio deste, apresentar os catálogos anexados nas propostas resultantes do PE 093.26 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATEND. PRE HOSPITALAR SAMU, 1ª CHAMADA, da empresas conforme resultado prévio anexo. Solicito, conforme subitem 5.6 do Edital, análise e parecer dos respectivos catálogos. Informo ainda que para os itens 2, 6, 22 e 26 será chamado os próximos classificados.

Os documentos se encontram no seguinte caminho:

PATA PÚBLICA (:P) -> PE 093.26 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATEND. PRE HOSPITALAR SAMU

Desde já agradeço e fico no aguardo.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Cleomar Cordeiro Cunha
Agente de Contratação

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por CLEOMAR CORDEIRO CUNHA.
Documento Nº: 211701-983 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=211701-983>



SEFINOFI202601397A



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/01126

Bento Gonçalves, 04 de agosto de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01397, 04/08/26 - SEFIN.

Segue documento de avaliação no anexo.

- assinado eletronicamente -
Ana Paula Felini Paese
Enfermeiro



Assinado com senha por ANA PAULA FELINI PAESE.
Documento Nº: 211787-983 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=211787-983>

Classif. documental

00.01.01.01



SMSDES202601126A

1ª Análise de propostas / catálogos resultantes do PE 93/2026.

Nº ITEM	DESCRIPTIVO RESUMIDO	MARCA/ MODELO	EMPRESA	RESULTADO
01	AGULHA DE ACESSO INTRAÓSSEO, 25MM	WAISMED / BIG	ALL SOLUTIONS	REPROVADO – não atende ao modelo exigido em edital e TR. Modelo da proposta é automático, sendo que em edital o item é solicitado: agulha para uso em disparador/ Drive para acesso intraósseo. Perfurador motorizado, funciona a bateria e dispensa o uso de força manual excessiva, controlando a velocidade e a rotação para perfurar o córtex ósseo de forma rápida e precisa. Disparo com simples aperto no gatilho.
03	AGULHA DE ACESSO INTRAÓSSEO, 45MM	WAISMED / BIG	ALL SOLUTIONS	REPROVADO – não atende ao modelo exigido em edital e TR. Modelo da proposta é automático, sendo que em edital o item é solicitado: agulha para uso em disparador/ Drive para acesso intraósseo. Perfurador motorizado, funciona a bateria e dispensa o uso de força manual excessiva, controlando a velocidade e a rotação para perfurar o córtex ósseo de forma rápida e precisa. Disparo com simples aperto no gatilho.
05	BANDAGEM ELÁSTICA AUTO ADERENTE	BIOLAND	ROSSI	APROVADO – atende à especificação do edital
07	BANDAGEM TRIANGULAR	PRÓPRIA / TECH-SUL	TECH-SUL MEDICAL	APROVADO – atende à especificação do edital
08	GAZE HEMOSTÁTICA Z	QUIKCLOT / COMBAR GAUZE	SAYMON GOMES	APROVADO – atende à especificação do edital
09	CURATIVO VALVULADO	CHEST SEAL / SELO TORAX	SAYMON GOMES	REPROVADO – o modelo apresentado na proposta Chest Seal valvulado na marca Beacon diverge do curativo valvulado apresentado no catálogo. O modelo avaliado no catálogo não atende ao edital, quanto ao tamanho exigido de 23x16~19cm. O modelo ofertado apresenta medida inferior sendo 15x15cm
10	TORNIQUETE JUNCIONAL	SAM MEDICAL – JT400-EN	SC COMERCIO	APROVADO – atende à especificação do edital
11	IMOBILIZADOR PÉLVICO	SAM MEDICAL – SAM SLING II	SC COMERCIO	APROVADO – atende à especificação do edital
12	BOLSA DE RESGATE PRÉ-HOSPITALAR	PRÓPRIA – TECH SUL APH	TECH-SUL MEDICAL	APROVADO – atende à especificação do edital



SEFINOFI202601397A

13	BOLSA MEDICAMENTOS G	INOVAMED – FP 8031	S&F COMPANY	REPROVADO – proposta consta marca Inovamed, não sendo possível localizar em busca digital tal marca, sendo que no catálogo consta a marca Marimar. Em diligência buscando pelo modelo, não é possível certificar que as características da bolsa ofertada atende ao objeto.
18	GUIA PARA INTUBAÇÃO BOUGIE	WELL LEAD	ROSSI	APROVADO – atende à especificação do edital
19	SONDA NASOFARÍNGEA	WELL LEAD	ROSSI	APROVADO – atende à especificação do edital
23	KIT PRIMEIROS SOCORROS APH	RHINO / KIT TÁTICO APH	216 MATERIAL	APROVADO – atende à especificação do edital
24	TALA IMOBILIZAÇÃO ROLO	SAM MEDICAL – TALA SAM	SC COMERCIO	APROVADO – atende à especificação do edital
27	COLAR CERVICAL UNIVERSAL PEDI	AMBU / MINI PERFIT	ROSSI	APROVADO – atende à especificação do edital



SEFINOF1202601397A