

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico nº 22/2026

Em observância ao entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União, expresso no Acórdão nº 799/2026 – Plenário, segundo o qual os esclarecimentos prestados pela Administração em resposta aos questionamentos dos licitantes possuem natureza vinculante para todos os participantes do certame, não sendo admissível, na fase de análise da documentação de habilitação ou das propostas, interpretação diversa daquela anteriormente esclarecida, sob pena de afronta ao instrumento convocatório, prestam-se os seguintes esclarecimentos:

Bom dia!

Me chamo Paula Silva, falo da empresa Medicalmed.

Entro em contato para solicita esclarecimento referente ao item 283 – traqueias par neonatal, edital 22/2026.

Para que possamos orçar corretamente é necessário a circunferência da traqueia e o comprimento, conforme informado nos itens 284 e 285.

Desde já agradeço.

Foi encaminhado ao setor demandante o pedido de esclarecimento supracitado, que foi prontamente respondido como segue abaixo:

As medidas do item 283 - traqueias par neonatal são as seguintes: 15x1600mm.

Lavras do Sul, 05 de agosto de 2026.

Renan Delabary



Setor de Licitações

CNPJ 88.201.298/0001-49

Rua Cel. Meza, 373 – Centro, Cx. Postal 05 – Lavras do Sul/RS, 97390-000

(55) 3282 1658 | comliclavrasdosul@gmail.com

www.lavrasdosul.rs.gov.br