



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01401

Bento Gonçalves, 04 de agosto de 2026.

Ao Avaliação de Materiais

Assunto: Análise das Propostas e Catálogos - PE 093.26 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATEND. PRE HOSPITALAR SAMU

Prezados, boa tarde.

Ao cumprimentá-los, venho por meio deste, apresentar os catálogos anexados nas propostas resultantes do PE 093.26 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATEND. PRE HOSPITALAR SAMU, 3ª CHAMADA itens 1, 9 e 13, da empresas conforme resultado prévio anexo. Solicito, conforme subitem 5.6 do Edital, análise e parecer dos respectivos catálogos. Informo ainda que o referido Certame terá continuidade no dia 06/08/2026, às 08h30min.

Os documentos se encontram no seguinte caminho:

PASTA PÚBLICA (:P) -> PE 093.26 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATEND. PRE HOSPITALAR SAMU

Desde já agradeço e fico no aguardo.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Cleomar Cordeiro Cunha
Agente de Contratação

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por CLEOMAR CORDEIRO CUNHA.
Documento Nº: 211873-608 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=211873-608>



SEFINOFI202601401A



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/01128

Bento Gonçalves, 05 de agosto de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01401, 04/08/26 - SEFIN.

Segue documento no anexo.

- assinado eletronicamente -
Ana Paula Felini Paese
Enfermeiro



Assinado com senha por ANA PAULA FELINI PAESE.
Documento Nº: 211893-608 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=211893-608>

Classif. documental

00.01.01.01



SMSDES202601128A

3ª Análise de propostas / catálogos resultantes do PE 93/2026.

Nº ITEM	DESCRIPTIVO RESUMIDO	MARCA/ MODELO	EMPRESA	RESULTADO
01	AGULHA DE ACESSO INTRAÓSSEO, 25MM	ALL SOLUTIONS - BIG	ANGULAR SAÚDE	REPROVADO – não atende ao modelo exigido em edital e TR. Modelo da proposta é automático, sendo que em edital o item é solicitado: agulha para uso em disparador/ Drive para acesso intraósseo. Perfurador motorizado, funciona a bateria e dispensa o uso de força manual excessiva, controlando a velocidade e a rotação para perfurar o córtex ósseo de forma rápida e precisa. Disparo com simples aperto no gatilho.
09	CURATIVO VALVULADO	RHINO RESCUE – SELO DE TORAX	KITS VITAL	REPROVADO - o modelo avaliado no catálogo não atende ao edital, quanto ao tamanho exigido de 23x16~19cm. O modelo ofertado apresenta medida inferior sendo 15x15cm.
13	BOLSA MEDICAMENTOS G	CENTERCOR – BOLSA CÓD 4106	216 MATERIAL	APROVADO – atende à especificação do edital

