

PARECER ENG2026-PAR012

ANÁLISE DE ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO OFERTADO

Lote 03, Item 01 – 9110: cadeira de Rodas

I – ANÁLISE

- 1 Trata-se de análise para o produto ofertado para o Item 1 do Lote 3, constante no Edital de Pregão Eletrônico n.º 0064/2026, processo administrativo 315234/2026 e solicitação de análise no fluxo 321440.

1.1 A descrição do produto solicitado no edital é a que segue:

**CADEIRA DE RODAS PARA OBESOESTRUTURA DE AÇO
CAPACIDADE PARA 130 KG APOIO DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL,**

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO- estrutura de aço capacidade para 130 kg apoio dos braços escamoteável, apoio para os pés, com pneus maciços, largura do assento de 52 cm com encosto e assento de nylon.

- 2 O produto em análise no presente relatório é ofertado pelo fornecedor D C METZ COMERCIAL, de CNPJ 49.333.270/0001-03., que forneceu o catálogo constante no documento de identificação interna 9ZTIN6DCC9-TP2LGIR2 no sistema de tramitação eletrônica, o qual enumera as características de dois produtos; um destes (identificado como Cadeira de Rodas Plus) correspondente ao item em tela.

2.1 As seguintes características do produto: suporta até 130 kg; apoio de braços escamoteáveis; apoio para pés; pneu maciço; largura do assento de 52 cm.

II – RECOMENDAÇÕES

- 3 Podemos observar que o produto ofertado não diverge do solicitado em edital e portanto, o posicionamento atual quanto ao atendimento ao edital é que o produto ofertado **ATENDE** o solicitado.

Nada mais há a declarar.

Gustavo Varela Matos dos Santos
Arquiteto e Urbanista – CAU A160293-4
Setor de Engenharia
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Sapucaia do Sul/RS, 31 de julho de 2026