

PARECER ENG2026-PAR013

ANÁLISE DE ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO OFERTADO

Lote 05 – 7202, mesa auxiliar

I – ANÁLISE

- 1 Trata-se de análise para o produto ofertado para o Item 1 do Lote 5, constante no Edital de Pregão Eletrônico n.º 0064/2026, processo administrativo 315234/2026 e solicitação de análise no fluxo 321440.

1.1 A descrição do produto solicitado no edital é a que segue:

MESA AUXILIAR COM TAMPO DE INOX (CARRO DE CURATIVO)

Armacao em tubo quadrado 20 x 20 x 1,2mm. Tampo superior em aco inox 0,70 mm. Prateleira em chapa de aco 0,75 mm. Rodizios 50 mm. Dimensoes 0,80 x 0,40 x 0,80m.

- 2 O produto em análise no presente relatório é ofertado pelo fornecedor Doramel Ltda, de CNPJ 17.932.562/0001-76., que forneceu o catálogo constante no documento apenso ao processo com identificação interna 3LFPPTCCC9-IXRXDNF2 no sistema de tramitação eletrônica,
- 3 As informações constantes no catálogo afirmam que as medidas são compatíveis com o descritivo, no entanto não elaboram completamente sobre as outras características solicitadas:
- 3.1 especifica que o material de confecção é aço inoxidável, como solicitado, mas não informa a espessura nem para o tempo, nem para a prateleira; e
- 3.2 apesar de os rodízios estarem presentes na imagem (descrita na legenda como ilustrativa), não confirma textualmente a presença destes ou informa suas dimensões.

II – RECOMENDAÇÕES

- 4 Podemos, ao comparar ambas as descrições – a solicitada e a ofertada – observar a ausência de algumas informações sobre as características do produto:
- 4.1 O posicionamento atual, portanto, quanto ao atendimento ao edital é que o produto ofertado carece de informações quanto às características para análise.



- 5** Recomendamos a abertura de pedido de informações para o fornecedor esclarecer as seguintes perguntas:
- 5.1** “Qual é a espessura das chapas de aço usadas no tampo e na prateleira?”
 - 5.2** “Qual o tamanho dos rodízios?”
 - 5.3** “A dimensão informada de ‘pés’ como sendo de 2” se refere aos rodízios propriamente ou a estrutura da mesa?”
 - 5.4** “Caso a medida intitulada ‘pés’ se refira aos rodízios, qual seria a dimensão da armação do produto?”

Nada mais há a declarar.

Gustavo Varela Matos dos Santos
Arquiteto e Urbanista – CAU A160293-4
Setor de Engenharia
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Sapucaia do Sul/RS, 5 de agosto de 2026

Identificação interna do documento 2DZ6F65IC9-3EZCQW02



Nome do arquivo:

ENG2026-PAR013-I00_202608051459265234247.pdf

Data de vinculação à solicitação: 05/08/2026 14:59

Autor: Gustavo Varela Matos dos Santos (gustavo.varela)

Aplicativo: 321440