



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01482

Bento Gonçalves, 18 de agosto de 2026.

À
Isabel Pisoni
Enfermeiro
Avaliação de Materiais

Assunto: ANÁLISE DE PROPOSTA PE 127/2026 - CHAMADA 1

Prezada

Ao cumprimentá-la, vimos por meio deste, apresentar as propostas resultantes do PE 127 /2026, este em andamento. Solicito, análise e parecer dos respectivos catálogos e Documentos Técnicos. Assim sendo, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Os documentos encontram-se disponíveis em:

PASTA PÚBLICA (P:) > PE 127.2026

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Janquiel Cristofoli
Assessor Administrativo



Assinado com senha por JANQUIEL CRISTOFOLI.
Documento Nº: 214769-4075 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=214769-4075>

Classif. documental

00.01.01.01



SEFINOFI202601482A



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/01234

Bento Gonçalves, 18 de agosto de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01482, 18/08/26 - SEFIN.

Parecer técnico :

PE Nº 127/2026

Objeto: Aquisição de materiais ambulatoriais

Em análise aos documentos apresentados pelas licitantes, atesto que:

Itens 1 - Em relação à documentação de habilitação técnica e Catálogo apresentados, afirmo que os mesmos atendem às especificações expressas em edital. Item aprovado.

Itens 2 - Em relação à documentação de habilitação técnica e Catálogo apresentados, afirmo que os mesmos atendem às especificações expressas em edital. Item aprovado.

Item 3 - O item ofertado não atende às especificações técnicas descritas no edital, diverge do item solicitado.

Item 4 - O item ofertado não atende às especificações técnicas descritas no edital. Não é hidrorrepelente, e o item deve possibilitar a possibilidade de esterilização por radiação ionizante. Reprovado.

Item 5 - O item ofertado não atende às especificações técnicas descritas no edital. Não é hidrorrepelente, e o item deve possibilitar a possibilidade de esterilização por radiação ionizante. Reprovado.

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por ISABEL PISONI.
Documento Nº: 214883-4075 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=214883-4075>



SMSDES202601234A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Saúde

Item 6 - A solução ofertada é indicada para uso na lubrificação de instrumentais, e não para uso em autoclaves, conforme o item está descrito no edital. Não atende às especificações técnica solicitadas. Reprovado.

Item 7 - Em relação à documentação de habilitação técnica e Catálogo apresentados, afirmo que os mesmos atendem às especificações expressas em edital. Item aprovado. Item aprovado.

Item 8 - Em relação à documentação de habilitação técnica e Catálogo apresentados, afirmo que os mesmos atendem às especificações expressas em edital. Item aprovado. Item aprovado.

- assinado eletronicamente -

Isabel Pisoni
Enfermeiro

