



PARECER TÉCNICO Nº ENG2026-PAR15

PARECER TÉCNICO

DE: Engenharia Clínica / Engenheiro Clínico Mauro Rosa de Paula – Matr. 72877

PARA: Comissão de Licitação / Requisitante

SOLICITAÇÃO: análise técnica a proposta e catálogo em anexo da empresa Philips, referente ao fornecimento de EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL

PROCESSO/Solicitação Nº: 323406

1040 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR

[1_- PROPOSTA PHILIPS adequada_202608141416257597669_](#)

[Compacto_5500CV_catA_logo_202608141416266867321_](#)

[Manual do Usuário - Compact compressed_202608141416272167239_](#)

[REGISTRO ANVISA_202608141416289310319_](#)

1. DO OBJETO

Trata-se de solicitação de parecer técnico referente a aquisição EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL para o Hospital Municipal Getúlio Vargas (HMGV).

2. DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA E ADMISSIBILIDADE DA PROPOSTA

Para o item deste TR apresenta-se a avaliação prática e direta baseada na proposta comercial, catálogos e demais documentos anexados no fluxo 323406.

2.1. EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL

- APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA
- **Fornecedor Ofertante:** PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
- **Marca/Modelo:** PHILIPS / COMPACTO 5500 (FOI CONSIDERADO O MODELO COMPACTO 5500 **CV**, DE ACORDO COM O CATÁLOGO ANEXADO PELO FORNECEDOR, DOCUMENTO: [Compacto_5500CV_catA_logo_202608141416266867321_](#))
- **Registro ANVISA:** 10216719029
- PROCEDÊNCIA: EUA
- **Parecer Técnico: APROVADO, sendo importante verificar as observações abaixo listadas.** A proposta comercial detalha o atendimento aos requisitos descritos no TR, especificando o modelo **COMPACTO 5500 CV**. Em consulta expedita realizada junto ao



banco de dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, constatou-se a regularidade e vigência do Registro ANVISA informado, o que atesta a segurança sanitária e a aptidão legal do equipamento nesta FHGV. Acesso ao site ANVISA: Impresso dia 18 de agosto de 2026 às 13h00 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351326726202315>"

Observações importantes quanto ao fornecimento

VERIFICAR NA PROPOSTA COMERCIAL:

- 1-Se os modelos de transdutores solicitados (Setorial, Linear e Convexo) estão descritos na proposta financeira/comercial.**
- 2-Se a(s) bateria(s) interna(s) fornecida(s) com o equipamento atendem a autonomia solicitada de 45 min.**

5. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

- 1. Aprovação:** Esta Engenharia Clínica dá o parecer de conformidade e aceitabilidade para esta proposta.

Eng. Mauro Rosa de Paula Matr. 72877

Setor de Engenharia Clínica CREA RS133150

Fundação de Saúde Pública de Sapucaia do Sul (FHGV)

Sapucaia do Sul, 18 de agosto de 2026

Identificação interna do documento OF708ZFLC9-IQCYG452



Nome do arquivo:

Parecer_TA_cnico_ultrassom_Philips_fluxo_323406_2026081814265
97289804.pdf

Data de vinculação à solicitação: 18/08/2026 14:26

Autor: MAURO ROSA DE PAULA (mauro.paula)

Aplicativo: 323406