

PARECER ENG2026-PAR017

ANÁLISE DE ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO OFERTADO

Lote 05 – 7202, mesa auxiliar

I – RELATÓRIO

- 1 Trata-se de análise para o produto ofertado para o Item 1 do Lote 5, constante no Edital de Pregão Eletrônico n.º 0064/2026, processo administrativo 315234/2026 e solicitação de análise no fluxo 321440.

1.1 A descrição do produto solicitado no edital é a que segue:

MESA AUXILIAR COM TAMPO DE INOX (CARRO DE CURATIVO)

Armacao em tubo quadrado 20 x 20 x 1,2mm. Tampo superior em aco inox 0,70 mm. Prateleira em chapa de aco 0,75 mm. Rodizios 50 mm. Dimensoes 0,80 x 0,40 x 0,80m.

- 2 O produto em análise no presente relatório é ofertado pelo fornecedor Doramel Ltda, de CNPJ 17.932.562/0001-76., que forneceu o catálogo constante no documento apenso ao processo com identificação interna 3LFPPTCCC9-IXRXDNF2 no sistema de tramitação eletrônica,
- 3 As informações constantes no catálogo afirmam que as medidas são compatíveis com o descritivo, no entanto não elaboram completamente sobre as outras características solicitadas:
- 3.1 especifica que o material de confecção é aço inoxidável, como solicitado, mas não informa a espessura nem para o tampo, nem para a prateleira; e
- 3.2 apesar de os rodízios estarem presentes na imagem (descrita na legenda como ilustrativa), não confirma textualmente a presença destes ou informa suas dimensões.
- 4 No parecer ENG2026-PAR13, emitido anteriormente em análise deste produto se questionou:

5.1 “Qual é a espessura das chapas de aço usadas no tampo e na prateleira?”

5.2 “Qual o tamanho dos rodízios?”

5.3 “A dimensão informada de ‘pés’ como sendo de 2” se refere aos rodízios propriamente ou a estrutura da mesa?”

5.4 “Caso a medida intitulada ‘pés’ se refira aos rodízios, qual seria a dimensão da armação do produto?”



5 Aos questionamentos em diligência o fornecedor respondeu:

Prezado(a) Sr(a) Pregoeiro(a), seguem as respostas para as perguntas formuladas pela vossa Equipe Técnica:

5.1 "Qual é a espessura das chapas de aço usadas no tampo e na prateleira?" Ambas as chapas, tanto tampo quanto prateleira, são de 0,75 mm.

5.2 "Qual o tamanho dos rodízios?" Os rodízios são de 2" (2 polegadas)

5.3 "A dimensão informada de 'pés' como sendo de 2" se refere aos rodízios propriamente ou a estrutura da mesa?" A dimensão informada é dos rodízios.

5.4 "Caso a medida intitulada 'pés' se refira aos rodízios, qual seria a dimensão da armação do produto?" A estrutura original é tubular de 20mm de diâmetro, com parede de 1,2mm.

II – RECOMENDAÇÕES

- 6 Considerando o acima exposto em resposta à requisição de esclarecimentos, consideramos que o produto ofertado não diverge do solicitado em edital e portanto, o posicionamento atual quanto ao atendimento ao edital é que o produto ofertado **ATENDE** o solicitado.

Nada mais há a declarar.

Gustavo Varela Matos dos Santos
Arquiteto e Urbanista – CAU A160293-4
Setor de Engenharia
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Sapucaia do Sul/RS, 24 de agosto de 2026