



PREFEITURA DE BENTO GONÇALVES

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

SETOR DE SAÚDE BUCAL

TABELA 1º CHAMADA 129

	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS DE AMOSTRA/EMPRESA
1	Cunhas para uso odontológico confeccionadas em madeira de alta resistência,	PORTO ALEGRENSE APROVADO
2	Elástico corrente	PORTO ALEGRENSE REPROVADO NÃO ENVIARAM AMOSTRA
3	Fio dental-fabricado em filamentos de elevada resistência mecânica	PORTO ALEGRENSE APROVADO
4	Fita matriz metálica em aço inoxidável 304, em rolo, dimensões aproximadas de 0,05 mm x 5 mm x 500 mm	ABSOLUTA APROVADA
5	Fita matriz metálica em aço inoxidável 304, em rolo, dimensões RL aproximadas de 0,05 mm x 7 mm x 500 mm	ABSOLUTA APROVADA
6	Rolete de algodão dental nº 2 para uso odontológico	PORTO ALEGRENSE APROVADO
7	Vaselina sólida é uma mistura purificada de hidrocarbonetos semi-sólidos	ABSOLUTA-APROVADA
8	Lima de 2ª série tipo k (k-file) 45,50,55,60,70 e 80 comprimento de 31 mm	ABSOLUTA APROVADO
9	Lima de 3ª série tipo k (k-file) (90,100,110,120,130,140) comprimentos 25mm	ABSOLUTA APROVADO
10	Tesoura metzenbaum curva com ponta de vídea de 14 cm	PORTO ALEGRENSE REPROVADO NÃO ENVIARAM AMOSTRA
15	Kits completos de posicionadores para o sensor de radiografia digital intraoral tamanho 1	PORTO ALEGRENSE REPROVADO NÃO ENVIARAM AMOSTRA
16	Kits completos de posicionadores para o sensor de radiografia digital intraoral tamanho 2	PORTO ALEGRENSE REPROVADO NÃO ENVIARAM AMOSTRA
17	Coroa de poliéster de deciduo anteriores	ABSOLUTA APROVADA
21	Lâmina para bisturi nº 12,	ABSOLUTA APROVADA
22	Espaçador digitais nº30 de 25mm.	ABSOLUTA- APROVADO
23	Gás para mini maçarico odontológico.	ROSSI REPROVADO,NÃO ENVIARAM A AMOSTRA
25	Broca carbide cônica zekrya – (comprimento total de 23mm)	ABSOLUTA- após a

		realização do primeiro ciclo de esterilização em autoclave, o produto apresentou sinais de oxidação/ferrugem em sua superfície.
26	Broca carbide cônica zekrya – (comprimento total 28mm)	ABSOLUTA-REPROVADA após a realização do primeiro ciclo de esterilização em autoclave, o produto apresentou sinais de oxidação/ferrugem em sua superfície.
27	Broca cirúrgica 44,5mm nº 8	MERCOSUL APROVADO
28	Mandril para discos de lixa sistema pop-on para contra-ângulo	ABSOLUTA APROVADO
29	Broca endo z dourada apresentando 25mm de comprimento	ABSOLUTA REPROVADO- após a realização do primeiro ciclo de esterilização em autoclave, o produto apresentou sinais de oxidação/ferrugem em sua superfície.
30	Anestésico tópico com 20% de benzocaína	PORTO ALEGRENSE APROVADO