

09:58



Simone Farmácia



deixa eu conferir aqui, nos pareceres anteriores

09:29



Só falta esse item

09:30



achei um parecer desse item de outros anos:

- Fita adesiva hospitalar 16mm x 50m.

EMPRESA:

MARCA: Ciex

Parecer: REPROVADA

Aderência da fita é muito fraca. Descola muito fácil dos materiais testados.

09:32

Já foi reprovada

09:32



Mensagem

