Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Rua Alegrete nº 145, Dihel - Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br /fhgvrs /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

ANÁLISE TÉCNICA № ENG2026-RAL003-R00

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA, MANUAL E CATÁLOGO

DE: Engenharia Clínica / Engenheiro Clínico Mauro Rosa de Paula – Matr. 72877
PARA: Comissão de Licitação / Requisitante
SOLICITAÇÃO: analise técnica da proposta, catálogo e manual da empresa Gigante Recém Nascido Ltda, CNPJ 62.413.869/0001-15
Objeto: referente ao fornecimento de BERÇO AQUECIDO PARA UTI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 324000/2026 - Fluxo Nº: 328810
Edital_PregA_o_EletrA_nico_0116.2026_20260826171340386323 4
1_-_PROPOSTA_GIGANTE_-_BERA_O_AQUECIDO_20260930161602129892 8
2_-_BERA_O_AQUECIDO_DOCUMENTAA_A_O_TA_CNICA_COM_MANUAL_26_20260930161605569455 6

1. DO OBJETO

Trata-se de solicitação de parecer técnico referente a aquisição BERÇO AQUECIDO para o setor de UTI o Hospital Municipal Getúlio Vargas (HMGV).

2. DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA E ADMISSIBILIDADE DA PROPOSTA

Para o item do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0116/2026 apresenta-se a avaliação prática e direta baseada na proposta comerciai, catálogos e demais documentos anexados no fluxo 3238810 acima citados.

2.1. EQUIPAMENTO

- BERÇO AQUECIDO
- **Fornecedor Ofertante:** GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - **AFE:** 1.02.287-4
- **Marca/Modelo:** BERÇO AQUECIDO GRN® - MODELO NEOSOLUTION
- **Registro ANVISA:** 10228740032
- **Parecer Técnico: APROVADO, sendo importante verificar as observações abaixo listadas**. A proposta comercial detalha o atendimento aos requisitos descritos no edital, especificando o modelo **NEOSOLUTION.** Em consulta realizada junto ao banco de dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, constatou-se a regularidade e vigência do Registro da AFE e ANVISA informado, o que atesta a segurança sanitária e a aptidão legal do equipamento nesta FHGV. Apresentado o CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Centro de Especialidades – (51) 3451.8200 - Ramal 354 ou (51) 98599-1051
Clinica de Saúde da Mulher – (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul – 192/ Instituto de Ensino e Pesquisa – (51) 3451.8200 – Ramal 353
Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100 / UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082
Identificação interna do documento 415MG66UD9-UPQBPFL2

CONFORMIDADE (CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE) Nº NCC 21.08760.
Acesso ao site ANVISA: Impresso dia 02 de outubro de 2026 às 14h20 em "http://consultas-backend.consultas-backend prd.svc.cluster.local:8080/api/consulta/downloadPDF/25351419915201587".

Observações importantes quanto ao fornecimento

VERIFICAR SE NO VALOR DA PROPOSTA COMERCIAL INCLUEM:

1- a funcionalidade de "ALTURA AJUSTÁVEL", pois não foi mencionado na proposta comercial, mas consta como item opcional no manual/catálogo

2- a Balança Integrada ao Leito, pois na proposta descreve a tecla de ajuste, mas não informa de está integrada. No manual/catálogo consta como opcional

5. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

1. **Aprovação:** Esta Engenharia Clínica dá o parecer de conformidade e aceitabilidade para esta proposta.

Sapucaia do Sul, 02 de outubro de 2026

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS

Mauro Rosa de Paula
Setor de Engenharia
Engenheiro Clínico | CREA: Rs133150
Fone: (51) 3451.8200 Ramal: 115
mauro.paula@fhgv.com.br
www.fhgv.com.br

Identificação interna do documento 415MG66UD9-UPQBPFL2

Identificação interna do documento 4T5MG66UD9-UPQBPFL2



Nome do arquivo:
AvaliaA_A_o_TA_cnico_Proposta_BerA_o_Aquecido-Gigante_ENG202_202610021621006703562.pdf
Data de vinculação à solicitação: 02/10/2026 16:21
Autor: MAURO ROSA DE PAULA (mauro.paula)
Aplicativo: 328810