PARECER № ENG2026-PAR025

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE CONVÊNIO N° 91318326003, REDE ALYNE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

LOTE 05 – Cama PPP

I. RELATÓRIO

1 Trata-se de análise para o produto ofertado para o lote 05, constante no Edital de Pregão Eletrônico n.º 0116/2026, processo administrativo 324000/2026 e solicitação de análise no fluxo 328810.

1.1 A descrição do produto solicitado no edital é a que segue, código 8148:

> **CAMA PPP - ESTRUTURA: EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO CARBONO DE 30X50X1,5MM. LEITO: EM CHAPA DE AÇO CA**
> CAMA PPP - ESTRUTURA: EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO CARBONO DE 30X50X1,5MM. LEITO: EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,2MM DOBRADA COM REFORÇOS EM TUBOS DE 20X30X1,2MM. CABECEIRAS: EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM OPÇÕES DE CORES DE ACABAMENTO. GRADES: EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM OPÇÕES DE CORES DE ACABAMENTO. ACIONAMENTO: ACIONAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS BIVOLT COM CONTROLE REMOTO, (OPCIONAL CONTROLE POR MEMBRANA). BASE: ACABAMENTO COM CARENAGEM EM CHAPA. MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DE LEITO E DAS COSTAS (DORSO); ACESSÓRIOS: 01 PAR DE PORTA COXAS COM BASE EM AÇO INOXIDÁVEL E APOIO DE PERNAS EM POLIURETANO REVESTIDO COM ESPUMA E CORVIM; 01 PAR DE CALCANHEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO COM ESPUMA E CORVIM; 01 PAR DE BRAÇOS PARA ESFORÇO EM AÇO INOXIDÁVEL; 01 DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL; 01 CONJUNTO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE, TRIPARTIDO COM 15CM DE ALTURA, REVESTIMENTO EM CORVIM E ZÍPER PARA HIGIENIZAÇÃO; ACABAMENTO: ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM SISTEMA DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, GERANDO GRANDE RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS E CORROSIVOS; RODÍZIOS: RODÍZIOS DE 4” DECORATIVOS COM RODAGEM DUPLA, NA CAMA E NO COMPLEMENTO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL E CADA PARTE. CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA: 460MM; ALTURA MÁXIMA: 700MM; LARGURA ÚTIL: 800MM; LARGURA TOTAL: 900MM; COMPRIMENTO ÚTIL: 1900MM; COMPRIMENTO TOTAL: 2000MM; DIMENSÕES PARA TRANSPORTE: 900X900X700MM; PESO APROXIMADO PARA TRANSPORTE: 70KG.

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / **Centro de Especialidades** – (51) 3451.8200 - Ramal 354 ou (51) 98599-1051
Clinica de Saúde da Mulher – (51) 3474.0169 / **SAMU Sapucaia do Sul** – 192/ **Instituto de Ensino e Pesquisa** – (51) 3451.8200 – Ramal 353
Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100 / **UPA Sapucaia do Sul** – (51) 3450.3082

Identificação interna do documento N4VUX09WD9-AMXJPYX2

2 O primeiro colocado para este lote foi a empresa MEGMED LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 16.946.372/0001-45, o qual enviou para análise os seguintes documentos, referidos pelo número de identificação interna gerado automaticamente pelo sistema de tramitação informatizada:

2.1 FOS5T8STD9-DVMV2OJ2 (proposta comercial);

2.2 ET746YLVD9-VWMCCSF2 (ficha de especificações do produto).

3 Ao verificarmos o número informado do registro do produto na ANVISA, pudemos constatar uma discrepância entre as informações:

3.1 O registro informado, ao consultar na base da ANVISA, mostra ser o registro de uma cama motorizada, e não uma cama para PPP;

3.2 A Ficha de especificações apresentada não condiz ao produto constante no registro informado, inclusive com o manual anexado ao registro no site da ANVISA, o qual claramente mostra uma cama hospitalar motorizada para o modelo informado.

II. RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

4 Não consideramos possível dar uma resposta concreta no momento e recomendamos solicitar esclarecimentos ao fornecedor:

4.1 “Gostaríamos de solicitar a confirmação quanto ao produto ofertado para o lote 05, referente a ‘Cama PPP’, seu descritivo correto, ficha de especificações e demais informações para viabilizar a análise do item.”

Nada mais há a declarar.

Sapucaia do Sul/RS, 13 de outubro de 2026

Gustavo Varela Matos dos Santos
Arquiteto e Urbanista – CAU A160293-4
Setor de Engenharia
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / **Centro de Especialidades** – (51) 3451.8200 - Ramal 354 ou (51) 98599-1051
Clinica de Saúde da Mulher – (51) 3474.0169 / **SAMU Sapucaia do Sul** – 192/ **Instituto de Ensino e Pesquisa** – (51) 3451.8200 – Ramal 353
Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100 / **UPA Sapucaia do Sul** – (51) 3450.3082

Identificação interna do documento N4VUX09WD9-AMXJPYX2

Identificação interna do documento N4VUX09WD9-AMXJPYX2



Nome do arquivo:
ENG2026-PAR025-R00_202610131619032553995.pdf
Data de vinculação à solicitação: 13/10/2026 16:19
Autor: Gustavo Varela Matos dos Santos (gustavo.varela)
Aplicativo: 328810