PARECER № ENG2026-PAR026

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE CONVÊNIO N° 91318326003, REDE ALYNE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

LOTE 07 – Mesa de Cabeceira

I. RELATÓRIO

1 Trata-se de análise para o produto ofertado para o lote 07, constante no Edital de Pregão Eletrônico n.º 0116/2026, processo administrativo 324000/2026 e solicitação de análise no fluxo 328810.

1.1 A descrição do produto solicitado no edital é a que segue, código 9772:

> **MESA DE CABECEIRA FECHADA**
> MESA DE CABECEIRA FECHADA Material: em chapa de aço esmaltada, com uma gaveta superior e um armário inferior com porta e com fechamento por meio de esfera de pressão, pés com ponteiras em tubos de 20x20mm de diâmetro e rodas. Dimensões 42 x 47 x 82 cm.

2 O primeiro colocado para este lote foi a empresa 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 15.631.700/0001-51, o qual enviou para análise os seguintes documentos, referidos pelo número de identificação interna gerado automaticamente pelo sistema de tramitação informatizada:

2.1 ZWQRYDSTD9-YKVHYY22 (Ficha de especificações); e

2.2 P6TDF96VD9-BYEDOWL2 (proposta comercial).

3 As especificações informadas não condizem com o solicitado pelo descritivo pelas seguintes razões:

3.1 Não se constatou a presença de rodas no descrito do produto;

3.2 As dimensões solicitadas eram de 42 x 47 x 82 cm, e o produto oferecido é apresentado com possuindo 35 x 40 x 80 cm, menor do que o solicitado e com uma diferença de mais de 10%; e

3.3 esta mesa de cabeceira oferecida não é fechada, sendo composta por pés metálicos e uma prateleira baixa.

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / **Centro de Especialidades** – (51) 3451.8200 - Ramal 354 ou (51) 98599-1051
Clinica de Saúde da Mulher – (51) 3474.0169 / **SAMU Sapucaia do Sul** – 192/ **Instituto de Ensino e Pesquisa** – (51) 3451.8200 – Ramal 353
Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100 / **UPA Sapucaia do Sul** – (51) 3450.3082

Identificação interna do documento FGEGA09WD9-2ESEC4G2

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Rua Alegrete nº 145, Dihel - Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br /fhgvrs /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

II. RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

4 O entendimento recomendado é que o produto oferecido **NÃO ATENDE** ao solicitado em edital.

Nada mais há a declarar.

Sapucaia do Sul/RS, 13 de outubro de 2026

Gustavo Varela Matos dos Santos
Arquiteto e Urbanista – CAU A160293-4
Setor de Engenharia
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / **Centro de Especialidades** – (51) 3451.8200 - Ramal 354 ou (51) 98599-1051
Clinica de Saúde da Mulher – (51) 3474.0169 / **SAMU Sapucaia do Sul** – 192/ **Instituto de Ensino e Pesquisa** – (51) 3451.8200 – Ramal 353
Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100 / **UPA Sapucaia do Sul** – (51) 3450.3082
Identificação interna do documento FGEGA09WD9-2ESEC4G2

Identificação interna do documento FGEGA09WD9-2ESEC4G2



Nome do arquivo:
ENG2026-PAR026-R00_202610131619047886932.pdf
Data de vinculação à solicitação: 13/10/2026 16:19
Autor: Gustavo Varela Matos dos Santos (gustavo.varela)
Aplicativo: 328810