PARECER № ENG2026-PAR027

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE CONVÊNIO N° 91318326003, REDE ALYNE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

LOTE 08 – Poltrona Hospitalar

I. RELATÓRIO

1 Trata-se de análise para o produto ofertado para o lote 07, constante no Edital de Pregão Eletrônico n.º 0116/2026, processo administrativo 324000/2026 e solicitação de análise no fluxo 328810.

1.1 A descrição do produto solicitado no edital é a que segue, código 8156:

> **POLTRONA HOSPITALAR**
> ASSENTO ENCOSTO (ALTO); APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS E ARTICULÁVEIS, REVESTIDOS EM COURVIN; COM MOVIMENTOS RECLINÁVEIS EM 2 ESTÁGIOS; COM MOVIMENTO RECLINÁVEIS SIMULTÂNEOS (SISTEMA MANUAL); PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHAS E OU PLÁSTICOS E OU PVC; ESTRUTURA EM AÇO (TUBO QUADRADO E OU RETANGULAR) DIMENSIONADA PARA SUPORTAR 150 KG OU MAIS; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES AO USO HOSPITALAR. A ESPUMA PARA ASSENTO, ENCOSTO E APOIO NOS PÉS DEVERÁ SER DE DENSIDADE MÍNIMA D45; MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE ALAVANCAS LATERAIS; MOVIMENTO DE RETORNO A POSIÇÃO NORMAL, POR MEIO DE ACIONAMENTO DAS ALAVANCAS E PRESSÃO DAS PERNAS

2 O primeiro colocado para este lote foi a empresa METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o número 05.788.117/0001-03, o qual enviou para análise os seguintes documentos, referidos pelo número de identificação interna gerado automaticamente pelo sistema de tramitação informatizada:

2.1 2I4PTB6VD9-YXRPBVA2 (proposta comercial);

2.2 D3BY7B6VD9-LKWGAFW2 (consulta ANVISA)

2.3 DTUY4B6VD9-JAIRIRA2 (Ficha de especificações).

3 Ao analisar as informações constantes nos documentos enviados, pudemos observar:

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / **Centro de Especialidades** – (51) 3451.8200 - Ramal 354 ou (51) 98599-1051
Clinica de Saúde da Mulher – (51) 3474.0169 / **SAMU Sapucaia do Sul** – 192/ **Instituto de Ensino e Pesquisa** – (51) 3451.8200 – Ramal 353
Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100 / **UPA Sapucaia do Sul** – (51) 3450.3082

Identificação interna do documento HLWTG19WD9-L3K9ZX22

3.1 Não há menção nos documentos enviados quanto ao peso máximo suportado pela poltrona e ao pesquisar o número do registro do equipamento na consulta da ANVISA, pudemos achar a informação que esta carga seria de até 120 kg; e

3.2 Não encontramos referência a qual a densidade da espuma do encosto e assento.

II. RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

4 Consideramos que a especificação fornecida carece se informações o suficiente para verificar a conformidade com o descritivo do produto no edital e, assim, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

4.1 “Qual a densidade do acolchoamento da poltrona?”; e

4.2 “Qual o peso real que este produto pode suportar?”.

Nada mais há a declarar.

Sapucaia do Sul/RS, 13 de outubro de 2026

Gustavo Varela Matos dos Santos
Arquiteto e Urbanista – CAU A160293-4
Setor de Engenharia
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Identificação interna do documento HLWTG19WD9-L3K9ZX22

Identificação interna do documento HLWTG19WD9-L3K9ZXZ2



Nome do arquivo:
ENG2026-PAR027-R00_202610131619055520381.pdf
Data de vinculação à solicitação: 13/10/2026 16:19
Autor: Gustavo Varela Matos dos Santos (gustavo.varela)
Aplicativo: 328810