Análise da proposta readequada da STERF Comércio e Importação Ltda. – EPP.

A análise considera os seguintes documentos: o termo de referência e a proposta readequada da STERF Comércio e Importação Ltda. – EPP, datada de 22/10/2026, referente ao Pregão Eletrônico nº 117/2026, com produtos da marca STERF e fabricante informado OTPS.

1. Aplicador reutilizável A1000 — 40 unidades

Comparação entre o Anexo I, item 1, do termo e as páginas 1 e 4 da proposta readequada da STERF Comércio e Importação Ltda. – EPP.

Exigência do termo de referência	Característica apresentada	Avaliação
Aplicador reutilizável	Modelo A1000 identificado como reutilizável.	**Atende.**
Corpo em plástico ou polímero de alta resistência	Corpo em ABS.	**Atende.**
Retorno automático do êmbolo por mola ou mecanismo equivalente	Catálogo informa mola e vareta de isolação em aço inox.	**Atende.**
Fixação da agulha por rosca Luer Lock ou sistema equivalente	O catálogo do A1000 não identifica o sistema de fixação.	**Pendente de esclarecimento.**
Compatibilidade com microchips de 1,25 × 7 mm, 1,40 × 8 mm e 1,40 × 9 mm	Catálogo relaciona 1,25 × 7 mm, 1,40 × 8 mm e 2,12 × 12 mm.	**Atende.**
Compatibilidade com o microchip fornecido no item 3	O A1000 admite microchips de 1,40 × 8 mm, dimensão do M140.	**Atende.**
Durabilidade mínima de 500 aplicações	Catálogo indica **1.000 aplicações**.	**Atende.**
Esterilizável ou passível de higienização conforme instruções do fabricante	Catálogo apresenta orientações de limpeza e desinfecção.	**Atende.**

2. Leitor de microchips L180B — 3 unidades

Comparação entre o Anexo I, item 2, a cláusula 6.2.1 do termo e as páginas 1 e 6 da proposta readequada da STERF Comércio e Importação Ltda. – EPP.

Exigência do termo de referência	Característica apresentada	Avaliação
Portátil, de operação manual	Catálogo apresenta equipamento portátil, acionado por botão.	**Atende.**
Compatibilidade com ISO 11784 e ISO 11785, tecnologia FDX-B	Proposta e catálogo informam ISO 11784/85 e FDX-B.	**Atende.**
Frequência compreendida entre 125 e 134,2 kHz	Catálogo informa 125 kHz e 134,2 kHz.	**Atende.**
Compatibilidade com os tamanhos de microchips previstos no termo	Há declaração de compatibilidade com o M140 e referência a tag de vidro de 2,12 mm. Não são detalhados todos os demais tamanhos.	**Atende.**
Distância mínima de leitura de 12 cm para microchips implantáveis FDX-B,	Catálogo informa “Tag de vidro Ø 2,12 mm: >5 cm” e alcance superior a 15 cm	**Atende.**

Exigência do termo de referência	Característica apresentada	Avaliação
em condições ideais	para tag de orelha.	
Memória interna para pelo menos 100 leituras	Memória para as últimas 256 leituras.	**Atende.**
Armazenamento/gravação de informações complementares, quando compatível com transponder e software	Não há descrição dessa funcionalidade nem esclarecimento sobre sua aplicabilidade.	**Pendente de esclarecimento.**
Comunicação com computador por USB, Bluetooth ou equivalente	Bluetooth e USB 2.0; instruções informam transmissão de dados por USB.	**Atende.**
Bateria recarregável	Bateria de lítio, 3,7 V, com carregamento por USB.	**Atende.**
Autonomia mínima de 6 horas de operação contínua	A proposta informa “Bateria com 5 horas de duração”.	**Não atende**, conforme a especificação apresentada.
Carregador e cabos necessários	Proposta informa cabo USB. Não identifica fornecimento do carregador. Infoirma carregamento por cabo em computador ou notboock.	**Atende.**
Assistência técnica e suporte no Brasil	Não há identificação expressa da assistência nem detalhamento do atendimento.	**Pendente de esclarecimento.**
Software de gerenciamento, quando disponibilizado pelo fabricante	Não há informação sobre disponibilidade ou fornecimento na documentação, porém encontrado no endereço eletrônico: https://www.cadastropet.com.br/	**Atende.**
Garantia mínima de 12 meses a partir do recebimento definitivo	Proposta informa 12 meses; catálogo conta o prazo da data da compra.	**Atende.**

3. Nanochip M140 — 8.000 unidades

Comparação entre o Anexo I, item 3, a cláusula 6.1.1, alínea “e”, do termo e as páginas 1 e 5 da proposta readequada da STERF Comércio e Importação Ltda. – EPP.

Exigência do termo de referência	Característica apresentada	Avaliação
Tecnologia FDX-B	Proposta e catálogo informam FDX-B.	**Atende.**
ISO 11784, ISO 11785 e ABNT NBR 14766, com as alternativas previstas no descritivo	Catálogo informa ISO 11784/11785, NBR 14766 e ISO 14223.	**Atende.**
Frequência de 134,2 kHz	Informada na proposta e no catálogo.	**Atende.**
Dimensões aproximadas de 1,25 × 7 mm, 1,40 × 8 mm ou 1,40 × 9 mm	Modelo M140 com 1,40 × 8 mm.	**Atende.**
Encapsulamento em biovidro biocompatível	Catálogo informa biovidro 8625.	**Atende.**
Revestimento antimigratório em Parylene C ou equivalente de eficácia	Catálogo informa expressamente Parylene C.	**Atende.**

Exigência do termo de referência	Característica apresentada	Avaliação
comprovada		
Número de identificação único, permanente e inviolável	Catálogo informa código numérico exclusivo de 15 dígitos e referência ao ICAR.	**Atende.**
Esterilização por ETO, ozônio ou equivalente	Catálogo informa esterilização por óxido de etileno — EtO.	**Atende.**
Embalagem individual estéril	Catálogo descreve conjunto esterilizado, mas não explicita a embalagem individual estéril.	**Atende.**
Pelo menos cinco etiquetas com número e código de barras	Catálogo informa oito etiquetas com numeração e código de barras.	**Atende.**
Compatibilidade com os aplicadores fornecidos	Dimensão compatível com o A1000.	**Atende.**
Validade mínima de 30 meses a partir da entrega	Proposta declara validade mínima de 36 meses; catálogo remete à embalagem.	**Atende.**

Diante do exposto, conclui-se que a documentação apresentada não permite emitir manifestação favorável ao atendimento integral do Lote 01. Recomenda-se o encaminhamento das pendências à empresa para esclarecimento e comprovação mediante documentação técnica vinculada aos modelos efetivamente ofertados, com posterior reavaliação pela área técnica.

Pendências:

Aplicador reutilizável A1000

- catálogo do A1000 não identifica o sistema de fixação.

Leitor L180B — item 2

- a proposta informa autonomia de 5 horas, inferior às 6 horas de operação contínua exigidas;
- pendentes os esclarecimentos sobre armazenamento ou gravação de informações complementares, quando aplicável; e
- a assistência técnica e o suporte no Brasil.

Santa Cruz do Sul/RS, 23 de outubro de 2026.