MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Secretaria Municipal de Saúde

OFÍCIO SIGA Nº SMS-OFI-2026/03382

Bento Gonçalves, 26 de outubro de 2026.

À

Assunto: Parecer técnico PE Nº 20/2026.

Parecer técnico:

PE - Nº 20/2026

Objeto: aquisição de materiais ambulatoriais

Parecer técnico dos itens do PE Nº 20/2026, após a avaliação das amostras recebidas.

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	RESULTADO
03	Apósito estéril	Reprovado, bordas sem acabamento e desfiando, risco de alg leito da ferida.
04	Apósito estéril	Reprovado, bordas sem acabamento e desfiando, risco de alg leito da ferida.
26	Algodão 500 gr	Aprovado, atende integralmente as especificações descritas e
27	Algodão ortop. 10 CM	Aprovado, atende integralmente as especificações descritas e
28	Algodão ortop. 15 CM	Aprovado, atende integralmente as especificações descritas e
29	Algodão ortop. 20 CM	Aprovado, atende integralmente as especificações descritas e
30	Algodão ortop. 6 CM	Aprovado, atende integralmente as especificações descritas e
31	Algodão ortop. 08 CM	Aprovado, atende integralmente as especificações descritas e
32	Algodão ortop. 12 CM	Aprovado, atende integralmente as especificações descritas e

Atenciosamente,

Classif. documental	00.01.01.01

SMSOFI202603382A

Assinado com senha por ISABEL PISONI.
Documento Nº: 227675-1939 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=227675-1939

SIGA

- assinado eletronicamente -
Isabel Pisoni
Enfermeiro

SMSOFI202603382A

Assinado com senha por ISABEL PISONI.
Documento Nº: 227675-1939 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=227675-1939

SIGA