MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI – RS
Rua Liberato Salzano, 387
E-mail: adm@candidogodoi.rs.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Município: Cândido Godói/RS.
Secretaria Municipal: Secretaria de Saúde
Necessidade da Administração: Aquisição De Material Ambulatorial.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

O objeto da presente licitação é a aquisição parcelada de materiais ambulatoriais para suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde do Município de Cândido Godói, garantindo a continuidade e a qualidade dos atendimentos prestados à população.

Esses materiais são essenciais para a realização de procedimentos clínicos, curativos, aferições, coletas, exames e demais atendimentos de rotina, sendo de uso diário por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais da área da saúde.

A aquisição visa assegurar o abastecimento regular e adequado dos insumos, evitando desassistência, interrupção dos serviços e comprometimento da atenção básica e especializada.

A medida atende ao princípio da eficiência administrativa, bem como às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo o acesso universal, equânime e contínuo aos serviços de saúde.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações da Secretaria de Saúde**.**

Além disso, a presente contratação está em consonância com o planejamento da Secretaria Municipal da Saúde, que prioriza ações de saúde preventiva, como os atendimentos periódicos à população, incluindo crianças, gestantes, trabalhadores e idosos.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Os produtos deverão ser entregues, sem custo adicional, na Secretaria Municipal da Saúde, sita na Avenida Concórdia, n°359, Cândido Godói, RS.

3.2. O prazo de validade dos produtos deverá ser de no mínimo **18 (dezoito) meses** a partir do ato de entrega ao município. Excluem-se desta exigência os produtos que são fabricados com prazo de validade menor, estes deverão ter no mínimo 06 (seis) meses de validade.

3.3. Poderão ser aceitos, mediante acordo prévio entre as partes, produtos com prazo de validade inferior ao estabelecido no item anterior. Neste caso, a empresa distribuidora ficará responsável

por enviar juntamente com a mercadoria, o termo de troca no qual se comprometerá a substituir, sem qualquer tipo de ônus à administração, os produtos que não forem utilizados durante o prazo de validade.

3.6. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

3.7. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

3.8. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao requisito de microempresa ou empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

3.8.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.8.2. Ocorrendo a situação prevista no item 3.7, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

3.8.3. O benefício de que trata o item 3.7 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

3.8.4. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

3.8.5. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.7, implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 3.8.4., sem prejuízo das penalidades.

3.9. A substituição referida no item 3.7, somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo.

3.10. Os documentos extraídos de sistema informatizado (internet) ficarão sujeitos à verificação da

autenticidade de seus dados pela Administração.

3.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

3.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

3.13. O envelope de documentação que não for aberto e a empresa não tiver interesse em retirá-lo ficará em poder da pregoeira pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação, após aquele período, será inutilizado o envelope.

4. ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

O presente processo visa à contratação de empresas, que possam fornecer os materiais e equipamentos ambulatoriais ao nosso Município, conforme a necessidade e a quantidade pretendida.

As quantidades foram estimadas com base no consumo histórico registrado em contratos anteriores e na média mensal de atendimentos realizados pela equipe de enfermagem da Unidade Básica de Saúde (UBS).

ITEM	QTD MÁX	UNID	DESCRIÇÃO
1	100	PCT	Abaixador de língua, pacote com 100 unidades
2	30	CX	Agulha hipodérmica descartável, estéril 0,55 x 20mm, caixa com 100 unidades, embaladas individualmente. Marca: BD ou compatível
3	30	CX	Agulha hipodérmica descartável, estéril 0,60 x 25mm, caixa com 100 unidades, embaladas individualmente. Marca : BD ou compatível
4	250	CX	Agulha hipodérmica descartável, estéril, 13x4,5, caixa com 100 unidades, embaladas individualmente
5	150	CX	Agulha hipodérmica descartável, estéril, 25x0,70 (22g), caixa com 100 unidades, embaladas individualmente. Qualidade BD ou compatível

6	100	CX	Agulha hipodérmica descartável, estéril, 25x0,80 caixas com 100 unidades, embaladas individualmente. Qualidade BD ou compatível
7	10	CX	Agulha hipodérmica descartável, estéril, 40x12, caixa com 100 unidades, embaladas individualmente. Marca : BD ou compatível
8	300	FR	Álcool 70% embalagem com 1000 ml
9	50	EMB	Álcool 70%, Galão de 4,3 kg ou 5 litros
10	50	PAC	Algodão em rolo hidrófilo de 500mg, 100% puro algodão. O algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca.
11	20	UND	Almotolia plástica escura de 250 ml
12	20	UND	Almotolia plástica transparente de 250 ml
13	20	UND	Andador para adulto dobrável articulado em alumínio. Níveis de regulagem de altura, através de pinos de fácil ajuste. As ponteiras em borracha. Fabricado em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde o brilho. Resistência: até 130 kg. Indicado para usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m. Composição: Corpo: alumínio. Barras centrais: aço. Ponteira: borracha
14	20	UND	Aparelho de pressão adulto brim metal verificado e aprovado pelo INMETRO, com manômetro aneroide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300 mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido brim 100% algodão antialérgico com fecho de botão (pino de metal), manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e pêra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Medida do manguito: 12,0 x 22,5 cm; Dimensões da braçadeira: 52,0 x 14,0 cm
15	6	UND	Aparelho de pressão adulto obeso nylon velcro. Manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa; Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm); Braçadeira grande em nylon com fecho de velcro; 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01 Pêra; 01 Estojo para viagem. Verificado e aprovado pelo INMETRO
16	4	UND	Aparelho de pressão manual infantil completo contendo: braçadeira infantil (1 a 7 anos), manguito em PVC (látex free), pera e válvula de deflação. Braçadeira confeccionada em nylon antialérgico, com fechamento em velcro ou com presilhas em metal, para circunferência de braço de 10 a 18cm (1 a 7 anos). Verificado e aprovado pelo INMETRO. Itens da embalagem: 1 manômetro (0-300mmhg) e 1 braçadeira infantil - 10 a 18cm.

17	50	UND	Aparelho para controle glicose ONN CALL PLUS Monitor baseado em plataforma amperométrica (Blosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio que acompanha a caixa de tiras de glicemia do On Call Plus, vendido separadamente. Fornece um cálculo da média de 7, 14 e 30 dias. Acompanha uma bateria CR2032. Garantia de 5 anos. Itens: 1 monitor, 1 lancetador, 10 lancetas, 1 frasco solução controle, 1 estojo e 1 manual. Registro ANVISA.
18	8	UND	Aspirador de secreção bivolt 1,3L. O Aspirador de Secreção da possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente. Possui proteção antibacteriana Microban, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Características do produto: Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Ideal para absorver líquidos e secreções em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias e qualquer outra que necessite da função.
19	400	UND	Atadura de crepe 10cm x 1,8m com ISO 9001 Padrão NBR14056 21,8 gramas (Marca: Melhormed ou equivalente)
20	300	UND	Atadura de crepe 15cm x 1,8M com ISO 9001 Padrão NBR14056 (Marca: Melhormed ou equivalente)
21	400	UND	Atadura de crepe 6cm x 1,8m com ISO 9001 Padrão NBR14056 13,3 gramas (Marca: Melhormed ou equivalente)
22	1000	EMB	Avental ou jaleco cirúrgico descartável, confeccionado em TNT, gramatura 40, manga longa, com tiras de fechamento na cintura e no pescoço e com o punho elástico. Com costuras reforçadas, resistente à umidade. Embalagem com 10 unidades
23	4	UND	Balança antropométrica com régua branca. Capacidade: 200kg. Display com 06 dígitos. Teclado membrana em policarbonato de alta resistência. Função tara até a capacidade máxima da balança. Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt). Consumo 08 VA. Plataforma e coluna em aço carbono. Pés reguláveis em borracha sintética. Tapete antiderrapante. Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2m com fração de 0,5cm. Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna. Pintura epóxi na cor branca.
24	6	UND	Bandeja Inox Lisa 30x20x4 cm 1,7 Litros

25	100	UND	Bolsa Coletora de Urina em PVC flexível, com dupla face, 2000ml, sistema fechado, pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação e no tubo de saída para desmame, ponto de coleta de amostra, tubo extensor flexível, válvula anti-refluxo tipo membrana evitando o retorno da urina para o paciente.
26	15	UND	Cadeira de banho higiênica simples. Confeccionada em aço carbono, para uso sanitário e chuveiro. Indicada para deficientes físicos, idosos ou pessoas com dificuldade de mobilidade. Abertura traseira própria para encaixar nos vasos sanitários. Rodas traseiras de aro 06" giratórias com pneus maciços e as rodas dianteiras são de aro 06" com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira. A cadeira de banho simples possui assento sanitário removível, apoio para os braços e pés fixos, freios bilaterais e encosto em nylon. Medidas aproximadas: Largura do Assento: 39 cm Profundidade do Assento: 40 cm. Altura Encosto: 38 cm. Altura do Assento ao ...demais características conforme edital
27	10	UND	Cadeira de rodas de alumínio dobrável. Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado; Pintura epóxi; Não acompanha faixa de panturrilha; Estrutura dobrável em duplo X; Estofamento em nylon acolchoado; Almofada de 5cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento; Apoios de braços escamoteáveis; Pedal removível com sistema swingaway ; Rodas dianteiras de 6 maciças, com garfo de alumínio; Rodas traseiras de 24 inflável com pneu anti furo e aro de impulso cromado; Sistema de desmontagem rápida quick release nas quatro rodas; Aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; Rolamentos blindados nas quatro rodas.
28	200	UND	Caixa Coletora Para Material Perfurocortante 7litros, fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente, com trava de segurança, alça dupla para transporte de coletor.
29	25	UND	Cateter, cano curto, intravenoso, nº 22, estéril, com agulha siliconizada com bisel b1- angulado e trifacetado. Cateter raiopaco e flexível, tampa da câmara de refluxo com micro estrias (BD ou qualidade compatível)
30	25	UND	Cateter, cano curto, intravenoso, nº 24, estéril, com agulha siliconizada com bisel b1- angulado e trifacetado. Cateter raiopaco e flexível, tampa da câmara de refluxo com micro estrias (BD ou qualidade compatível)
31	4	UND	Comadre Inox 3,5L
32	50	EMB	Compressa de gaze hidrófila 7,5x7,5 13 fios/cm² (embalagem com 500 unidades), com ISO 9001 padrão NBR14056. As Compressas de Gaze Hidrófila são confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Marca: Melhormed ou Cremer

33	500	EMB	Compressa de gaze hidrófila, 10x10cm, em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, embalagem com 500 gazes, com ISO 9001, dentro das normas ABNT - padrão da NBR14056. Melhormed ou Cremer
34	10	PAC	Compressa para banho 35x45cm, não estéril, pacote com 50 unidades
35	30	CX	Curativo estéril, arredondado, caixa com 500 unidades. Marca Ciex ou compatível
36	20	CX	Curativo Redondo Infantil Pós Coleta Vacina Caixa com 1000 Unidades. Cor: Amarelo com estampa de bichinhos (infantil)
37	6	UND	Detector fetal portátil - Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; - Alto-falante de alta performance;- Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador;- Design ergonômico e compartimento para transdutor;- Botão liga/desliga e controle de volume;- Sensibilidade a partir de 10-12 semanas.- Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas; -Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm; - Peso: aprox. 200g. Faixa de Medição: 50-240 bpm; - Resolução: 1bpm; - Precisão: 1 bpm; - Saída de Energia: 20mW. - Frequência Nominal: 2.0MHz; - Frequência de Operação: 2.0MHz 10%; - P-: <1Mpa; - Iob: <20 mW/cm²; - Ispta: <100 mW/cm² - int...demais características conforme edital
38	300	UND	Dispositivo para incontinência urinária masculino não estéril Medsonda Anvisa N°80163570030 Composição: Preservativo de látex, com tamanhos: G = 52 mm de diâmetro. Conector em PVC azul. Tubo em PVC azul: de 100 e 130 cm de comprimento
39	30	UND	Equipo macrogotas, esteril, descartável, fabricado em PVC flexível e incolor, com selo INMETRO. Provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15 m.
40	150		Equipo para Nutrição Enteral Escalonado
41	6	UND	Escada hospitalar de 2 degraus. Com material antiderrapante de cor branca.
42	10	UND	Esfigmomanômetro tipo aneróide, componentes manguito, pera, válvula com rosca, capacidade medida de 0 a 300 mm/hg, características adicionais braçadeira nylon, fecho velcro, estojo, aplicação medição pressão arterial, tipo uso adulto.
43	10	UND	Estetoscópio Duplo Black Bic Estetoscópio duplo é um aparelho indicado para verificação de sinais vitais, auxilia na aferição de pressão arterial e serviços de triagem. É utilizado para realizar a ausculta de alta e baixa frequência, seu auscultador duplo permite ser usado em dupla função. Composição: Auscultador: Cabeça dupla permite auscultação de sons em alta e baixa frequência; Anel: Possui anel anti frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente; Hastes: São leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho; Olivas: Macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo, permitindo maior conforto.... demais características conforme edital

44	200	UND	Fita cirúrgica microporosa 10cmX10m branca. Confeccionada com substrato de não-tecido à base de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo indicado para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Marca Cremer ou equivalente de qualidade igual ou superior.
45	100	UND	Fita cirúrgica microporosa 2,5cm X 10m Bege. Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Marca: Cremer.
46	150	UND	Fita cirúrgica microporosa 2,5cm X 10m Branca. Confeccionada com substrato de não- tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Marca: Cremer.
47	200	UND	Fita cirúrgica microporosa 5cmX10m bege. Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo de indicada para curativos em regiões do corpo de alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Marca Cremer ou equivalente de qualidade igual ou superior.
48	2000	CX	Fita para glicosímetro, para mensuração de glicose no sangue (entre 20mg/dl a 600mg/dl) determinação por química enzimática. Caixa com frascos contendo 50 tiras; o frasco deve conter prazo de validade, procedência e registro na ANVISA, respeitando a legislação atual vigente. Prazo de validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Compatível com aparelho de utilização ON CALL PLUS
49	10	EMB	Gel condutor incolor, para meios de contato, galão 5 kg
50	1000	UND	Lençol descartável em TNT para maca com elástico 2,00mx0,90m, gramatura do TNT 20 g
51	3	CX	Luva Plástica Estéril tamanho único caixa com 100 unidades. - Estéril; Fabricada em Polietileno; Transparente; Atóxica e Apirogênica; Descartável e de uso único.
52	50	CX	Luva procedimento nitrilo azul, caixa com 100 unidades Tamanho M. Composição Nitrilo. Luvas fabricadas em Nitrilo; Sem pó bioabsorvível; Microtextura nas pontas dos dedos; Isenta de látex; Ambidestra; Não estéril; Box com 100 unidades. Marca: Supermax ou qualidade compatível

53	50	CX	Luva procedimento nitrilo azul, caixa com 100 unidades Tamanho P. Composição Nitrilo. Luvas fabricadas em Nitrilo; Sem pó bioabsorvível; Microtextura nas pontas dos dedos; Isenta de látex. Ambidestra; não estéril; Box com 100 unidades. Marca: Supermax ou qualidade compatível
54	50	CX	Luva procedimento nitrilo azul, caixa com 100 unidades. Tamanho G. Composição Nitrilo. Luvas fabricadas em Nitrilo; Sem pó bioabsorvível; Microtextura nas pontas dos dedos; Isenta de látex. Ambidestra; Não estéril; Box com 100 unidades. Marca: Supermax ou qualidade compatível
55	50	CX	Luvas de procedimento não estéril tamanho G, (Caixa com 100 unidades/50 pares), Lubrificadas Com Pó Bioabsorvivel. Marca: Supermax
56	100	CX	Luvas de procedimento não estéril tamanho M, (Caixa com 100 unidades/50 pares), Lubrificadas Com Pó Bioabsorvivel. Marca: Supermax
57	200	CX	Luvas de procedimento não estéril tamanho P, (Caixa com 100 unidades/50 pares). Lubrificadas Com Pó Bioabsorvivel. Marca: Supermax .
58	150	CX	Luvas de procedimento não estéril tamanho PP, (Caixa com 100 unidades/50 pares), Lubrificadas Com Pó Bioabsorvivel. Marca: Supermax
59	15	UND	Maleta de Primeiros Socorros, Bandejas 2 Mini Estante para Medicamentos. Prática e fácil de transportar, completa e organizada, apresenta estojo com 2 bandejas, 16 divisões e 2 minis estojos, fecho duplo e alça para cadeado. Cor branca Informações Adicionais: 2 bandejas, 16 divisões, 2 minis estojos, Fecho duplo Alça para cadeado
60	100	UND	Máscara de Proteção respiratória- Respirador PFF-2 para riscos biológicos - classificada como pff2(o equivalente n95 padrão americano); - proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos; - uso pessoal e intransferível. - com duas bandas de elástico; - grampo de ajuste nasal. Marca: 3m - dobrável; - tamanho regular. Especificações: - confeccionado em não-tecido e fibras sintéticas; - apresenta eficiência de filtração mínima de 94%; - cor: branca; - material não inflamável; - registro Anvisa: 80284930344. Marca : 3M 9920h
61	100	UND	Máscara Oxigênio Adulto com Reservatório e de Não-Reinalação 1060 Hudson - Confeccionada em vinil macio; - Transparente para auxiliar a avaliação visual; - Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável; - Com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m.
62	50	UND	Máscara Oxigênio Infantil com Reservatório e de Não-Reinalação 1058 Hudson - Confeccionada em vinil macio; - Transparente para auxiliar a avaliação visual; - Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável; - Com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m.

63	20	UND	Mesa auxiliar/instrumental hospitalar, confeccionada em aço inoxidável, com estrutura resistente e de fácil higienização, contendo tampo superior e prateleira inferior para apoio de materiais e instrumentos. Deverá possuir rodízios para movimentação, sendo no mínimo dois com sistema de trava, além de dimensões aproximadas de 50 x 40 x 78 cm, admitindo variação compatível com o uso pretendido. O produto deverá apresentar acabamento adequado ao uso hospitalar/ambulatorial, sendo aceitos modelos equivalentes, similares ou de qualidade superior
64	15	PAR	Muleta Axilar de Alumínio Anti Ruído com Regulagem de Altura. 10 níveis de regulagem inferior: 5 níveis de regulagem superior; Ponteiras em borracha com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade; Fabricada em alumínio de alta resistência; As ponteiras podem ser adquiridas separadamente quando apresentarem sinais de desgaste. Apoio axilar fixo, que não precisa ser retirado para ajustes, podendo ser regulado conforme a altura do usuário. Tamanho: M - usuários com altura entre 1,57m a 1,78m. Capacidade de peso de até 130kg.
65	20	PAR	Muleta Axilar de Alumínio Anti Ruído com Regulagem de Altura. 10 níveis de regulagem inferior: 5 níveis de regulagem superior; Ponteiras em borracha com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade; Fabricada em alumínio de alta resistência; As ponteiras podem ser adquiridas separadamente quando apresentarem sinais de desgaste. Conta ainda com apoio axilar fixo, que não precisa ser retirado para ajustes, podendo ser regulado conforme a altura do usuário. Tamanho: G - usuários com altura entre 1,78m a 1,98m Capacidade de peso de até 130kg.
66	20	UND	Muleta Canadense Fixa: indicada para a descarga do membro inferior (perna/bacia), utilizando o apoio dos braços e mãos. Possui ponteira de borracha, que propicia maior aderência, braçadeira que se ajusta à anatomia do braço e pino de regulagem de altura com engate rápido. Apoio de mão anatômico, em polipropileno. Fabricada em alumínio
67	10	UND	Otoscópio Omni 3000 Xenon Halógena fibra óptica MD ou qualidade semelhante ou compatível.
68	15	UND	Oxímetro de dedo. Características: Peso máximo incluindo as baterias e colar é de 100g. Baixo consumo de energia com autonomia de mais de 30 horas. Indicador de bateria fraca e desligamento automático após 8s de inatividade. SpO2 com intervalo de monitorização de 70% a 99% e precisão de +/- 2%. Frequência de Pulso com intervalo de monitorização de 30bpm a 254bpm e precisão de +/-2bpm. Alimentação através de 02 pilhas do tipo AAA("palito").

69	15	UND	Oxímetro de pulso pediátrico de dedo, portátil, destinado à monitoração não invasiva da saturação de oxigênio (SpO2) e frequência cardíaca em pacientes pediátricos. O equipamento deverá possuir visor digital com tecnologia OLED ou similar, permitindo adequada visualização dos parâmetros em diferentes condições de luminosidade, com indicação de saturação de oxigênio, frequência cardíaca, intensidade do pulso e curva pletismográfica. Deverá ser compatível com dedos pediátricos, possuir leitura rápida, desligamento automático após ausência de uso e alimentação por pilhas e/ou bateria. O produto deverá acompanhar acessórios necessários para acondicionamento e transporte, bem como manual de instruções em português. O produto deverá possuir registro ou regularização válida junto à ANVISA e certificação do INMETRO, quando aplicável, sendo aceitos produtos equivalentes, similares ou de qualidade superior.
70	10	UND	Oxímetro de pulso portátil destinado à monitoração não invasiva da saturação de oxigênio (SpO2) e frequência cardíaca, adequado para utilização em ambientes hospitalares, ambulatoriais, atendimentos de emergência e transporte de pacientes. O equipamento deverá possuir visor digital colorido de fácil visualização, indicação de saturação de oxigênio, frequência cardíaca, intensidade de pulso e curva pletismográfica, além de alarmes visuais e sonoros com parâmetros ajustáveis. Deverá possuir alimentação elétrica bivolt automática e/ou bateria recarregável integrada, memória para armazenamento de dados e compatibilidade com sensores adulto, pediátrico e neonatal, conforme configuração do fabricante. O produto deverá possuir registro na ANVISA e certificação do INMETRO, quando aplicável, sendo aceitos equipamentos equivalentes, similares ou de qualidade superior.
71	5	CX	Papel crepado, verde 0,60 X 0,60 (para esterilização), atóxico, biodegradável, 100% celulose, caixa com 500 unidades
72	10	ROLO	Papel grau cirúrgico 200mmx100m.
73	10	ROLO	Papel grau cirúrgico 250mmx100m.
74	200	UND	Pilha para aparelho HGT, CR2032 3V
75	20	UND	Pinça anatômica (dissecção), 14cm.
76	20	PAC	Polifix duas vias Extensão dupla em PVC flexível; Clamp em cores diferentes; Conector com tampa rosqueável; Conexão para dispositivo de acesso venoso. Pacote com 20 unidades. Registro ANVISA
77	10	PAC	Saco de lixo leitoso, para lixo contaminado, capacidade 30litros/9kg, pacote com 100 unidades
78	10	PAC	Saco de lixo leitoso, para lixo contaminado, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades

79	10	UND	Seladora com acionamento através de pedal, com controle de temperatura por termostato ajustável. Possui bandeja/mesa de apoio com regulagem de altura, estrutura confeccionada em aço carbono ou material compatível de alta resistência e sistema de aquecimento com resistência protegida, adequada para uso contínuo em ambiente hospitalar e ambulatorial. Área útil para selagem mínima de 42 cm, com largura de selagem compatível para embalagens de esterilização. Alimentação elétrica bivolt automática ou compatível com a rede elétrica local, frequência de 50/60 Hz e temperatura de trabalho ajustável até aproximadamente 200ºC. O produto deverá possuir acabamento resistente e de fácil higienização, acompanhado de manual de instruções em português, sendo aceitos equipamentos equivalentes, similares ou de qualidade superior.
80	400	UND	Seringa 10ml sem agulha e sem rosca. Marca: Descarpack ou compatível
81	8000	UND	Seringa 1ml com agulha. Marca: Descarpack ou compatível
82	1000	UND	Seringa 3ml sem agulha. Marca: Descarpack ou compatível
83	1000	UND	Seringa 5ml sem agulha. Marca: Descarpack ou compatível
84	1200	FR	Solução fisiológica de cloreto de sódio à 0,9%, sistema aberto, frasco de 250ml
85	100	UND	Sonda de aspiração traqueal n° 08.
86	100	UND	Sonda de aspiração traqueal n° 10.
87	100	UND	Sonda de aspiração traqueal n° 12.
88	100	UND	Sonda de aspiração traqueal n° 16.
89	10	CX	Sonda Foley, duas vias tamanho 16, caixa com 10 unidades.
90	10	CX	Sonda Foley, duas vias tamanho 18, caixa com 10 unidades.
91	10	CX	Sonda Foley, duas vias tamanho 22, caixa com 10 unidades.
92	10	UND	Sonda para alimentação enteral nº12
93	20	UND	Termômetro Clínico Digital com ponta flexível, com beep sonoro de aviso de medição, display LCD
94	2000	UND	Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus da Dengue, destinado ao auxílio diagnóstico em amostras de sangue total, soro ou plasma. O teste deverá apresentar sensibilidade mínima de 95% e especificidade mínima de 98%, comprovadas por documentação técnica do fabricante e compatíveis com o registro ou regularização junto à ANVISA. O kit deverá conter dispositivo de teste, acessórios necessários para coleta e aplicação da amostra, bem como manual de instruções em português. O produto deverá possuir registro ou regularização válida junto à ANVISA,

			sendo aceitos produtos equivalentes, similares ou de qualidade superior.
95	500	EMB	Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos IgG e/ou IgM para Chikungunya, destinado ao auxílio diagnóstico de infecções pelo vírus Chikungunya, utilizando amostras de sangue total, soro ou plasma. O teste deverá permitir leitura rápida dos resultados em até 15 minutos, conforme instruções do fabricante, e possuir sensibilidade e especificidade compatíveis com uso diagnóstico in vitro. O kit deverá conter, no mínimo, 25 dispositivos de teste, acessórios necessários para coleta/aplicação das amostras, solução tampão/reagente e manual de instruções em português. O produto deverá possuir registro ou regularização válida junto à ANVISA, sendo aceitos produtos equivalentes, similares ou de qualidade superior.
96	2000	UND	Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue, destinado ao auxílio diagnóstico in vitro em amostras de sangue total, soro ou plasma. O teste deverá apresentar sensibilidade mínima de 97% e especificidade mínima de 99%, comprovadas por documentação técnica do fabricante e compatíveis com o registro ou regularização junto à ANVISA. O kit deverá conter dispositivo de teste, acessórios necessários para coleta e aplicação da amostra, bem como manual de instruções em português. O produto deverá possuir registro ou regularização válida junto à ANVISA, sendo aceitos produtos equivalentes, similares ou de qualidade superior.
97	100	CX	Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa simultânea dos antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19), Influenza A e Influenza B, destinado ao uso profissional em diagnóstico in vitro, utilizando amostra de swab nasofaríngeo. O teste deverá permitir diferenciação entre os vírus pesquisados e apresentar leitura dos resultados em até 20 minutos, conforme instruções do fabricante. O kit deverá conter, no mínimo, 20 dispositivos de teste, swabs estéreis para coleta, solução tampão/reagente de extração em quantidade compatível com o número de testes fornecidos e manual de instruções em português. O produto deverá possuir registro ou regularização válida junto à ANVISA, sendo aceitos produtos equivalentes, similares ou de qualidade superior.
98	5	CX	Tubo para coleta à Vácuo Tampa Branca Sem Aditivo 4ml. Tamanho 13x75mm caixa com 100 unidades, com validade de no mínimo 2 anos.
99	5	CX	Tubo para coleta a vácuo Tampa Roxa com EDTA 4ml, Tamanho 13x75mm caixa com 100 unidades. Com validade de no mínimo 2 anos

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Para atender à necessidade de fornecimento de materiais ambulatoriais utilizados nas unidades de saúde do município, foram avaliadas as principais alternativas disponíveis no mercado,

considerando critérios de qualidade, disponibilidade, compatibilidade com os serviços prestados e viabilidade logística.

Verificou-se que existem diversas marcas, fabricantes e fornecedores de materiais ambulatoriais básicos e especializados, como luvas descartáveis, gazes, seringas, agulhas, esparadrapos, cateteres, entre outros. Esses insumos são amplamente comercializados no mercado nacional por empresas especializadas em produtos médico-hospitalares, sendo possível realizar a aquisição por meio de processo licitatório.

A alternativa de aquisição por meio de processo licitatório, com especificações técnicas adequadas e com ampla concorrência entre fornecedores, revela-se a mais vantajosa, pois permite o atendimento contínuo da demanda da rede municipal de saúde com produtos de qualidade, observando o menor custo possível e o interesse público.

Foram descartadas as hipóteses de produção própria, por inviabilidade técnica, e de doações, por não garantirem o fornecimento regular e em quantidade suficiente para suprir as necessidades das unidades de saúde.

Dessa forma, a alternativa mais eficiente e compatível com as necessidades do município é a aquisição direta dos materiais ambulatoriais por meio de licitação, com ampla pesquisa de mercado e definição criteriosa das especificações dos itens.

A pesquisa de preços foi realizada pelo Setor de Compras, com base em pesquisa direta com fornecedores, consulta ao sistema LicitaCon e pesquisa em sítios eletrônicos especializados, visando à obtenção de valores compatíveis com os praticados no mercado e à definição do preço estimado da contratação.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação foi definido com base em pesquisa de preços realizada por meio de consultas a Atas de Registro de Preços disponíveis no sistema LICITACON, de pesquisas diretas junto a fornecedores e de consultas a sítios eletrônicos especializados, considerando os valores obtidos para cada item e aplicando-se a média aritmética como metodologia para a definição dos preços estimados. Dessa forma, estima-se que o valor total para a aquisição dos materiais e equipamentos seja de **R$ 521.725,48 (quinhentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos)**. Os valores estimados mostram-se compatíveis com os preços praticados no mercado, observados os princípios da economicidade, da eficiência e da vantajosidade para a Administração Pública, visando à adequada aplicação dos recursos públicos.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução de aquisição de materiais ambulatoriais irá beneficiar a comunidade que necessita da realização dos procedimentos e atendimentos realizados pelo Município.

A solução consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de materiais ambulatoriais, com validade mínima dos produtos, acondicionamento adequado e entrega direta na Secretaria da Saúde.

Não há necessidade de garantia técnica ou manutenção, mas será exigida substituição imediata de itens danificados ou vencidos, sem ônus à Administração.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao art. 47 da Lei 14.133/2021, o objeto será parcelado por item, o que favorece maior competitividade, economia e permite a contratação por item de menor preço, otimizando os recursos públicos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisição dos materiais ambulatoriais, pretende-se assegurar o abastecimento regular e adequado das unidades de saúde do município, garantindo que os profissionais da área possam desempenhar suas atividades com segurança, eficiência e qualidade.

A contratação objetiva alcançar os seguintes resultados concretos:

- Continuidade dos atendimentos de saúde nas unidades básicas, ambulatórios e demais setores da rede municipal;
- Redução do risco de desabastecimento de insumos essenciais ao atendimento da população;
- Aprimoramento da qualidade do serviço prestado, por meio da utilização de materiais adequados, seguros e tecnicamente apropriados;
- Maior eficiência no uso dos recursos públicos, ao adquirir produtos conforme as especificações técnicas e com ampla concorrência entre fornecedores;
- Melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde, com a garantia de insumos básicos para o exercício de suas funções;
- Atendimento às normas sanitárias e de biossegurança, evitando riscos à saúde dos usuários e dos servidores;
- Cumprimento das diretrizes do SUS, que preveem o acesso universal e contínuo à

assistência em saúde.

Dessa forma, espera-se que a aquisição contribua diretamente para a melhoria da atenção básica e da assistência à saúde no município, beneficiando de forma direta toda a população usuária do serviço público.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da administração.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, será designado um servidor para acompanhar se a(s) empresa(s) está(ão) cumprindo fielmente o objeto de contratação.

Para isso, será designado um fiscal que ficará responsável entre outras questões, pela fiscalização do material recebido, à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários de entrega.

Os fiscais dos Orgãos Gerenciadores estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do horário preestabelecido.

As irregularidades constatadas pelo Órgão Participante deverão ser comunicadas ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 48 horas, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para perfeita realização do objeto, uma vez que todos os meios necessários para contratação podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE TRATAMENTO
Geração de resíduos sólidos (embalagens, materiais descartáveis)	Acondicionamento e descarte conforme normas da vigilância sanitária
Descarte de produtos vencidos	Devolução à empresa fornecedora conforme termo de troca previsto no edital
Transporte dos produtos	Preferência por logística otimizada e com menor impacto ambiental

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Declaramos que a contratação é viável, atendendo os preços de mercado além da existência de planejamento orçamentário, respeitando os princípios legais da Lei nº 14.133/2021.

Cândido Godói/RS, 21 outubro de 2026.

Solange Maria Hartmann Seibt
Secretária Municipal de Saúde