Memorando N° 677/2026	Assunto: ITENS PREGÃO nº 071/2026
DATA**: 23/10/2026**	PARA: LICITAÇÕES

Assunto: Análise e aprovação técnica das propostas – Pregão Eletrônico nº 071/2026 **Processo Administrativo nº 219/2026**

Prezados,

Em resposta à solicitação de análise e aprovação técnica das propostas apresentadas pelas empresas classificadas em primeiro lugar no **Pregão Eletrônico nº 071/2026**, referente à aquisição de equipamentos, mobiliários, instrumentais e outros materiais destinados à estruturação das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Portaria SES/RS nº 1.228/2025, informamos que foi realizada a análise das propostas comerciais e dos catálogos apresentados, considerando as especificações estabelecidas no Termo de Referência.

Foram analisadas as propostas das seguintes empresas:

1. **Gislaine dos Santos Rodrigues / P7 Comércio de Informática Ltda.** – CNPJ nº 46.596.098/0001-92;
2. **RSM de Souza Leão – ME** – CNPJ nº 10.925.721/0001-66;
3. **Janete Loraine Correa Neis & Cia Ltda. (AXIMED)** – CNPJ nº 32.859.273/0001-82;
4. **216 Material Hospitalar Ltda.** – CNPJ nº 15.631.700/0001-51;
5. **K.C.R.S. Comércio de Equipamentos Ltda.** – CNPJ nº 21.971.041/0001-03;
6. **MF Machado Soares** – CNPJ nº 03.230.856/0001-41;
7. **4Linhas Artigos Esportivos Ltda.** – CNPJ nº 58.181.473/0001-12;
8. **Refrigerar** – conforme proposta apresentada para o item 07.

Após a análise, informamos que **os itens 13, 16 e 17, identificados como desertos no resultado do certame, não necessitam de prosseguimento neste processo licitatório**, por decisão desta Secretaria.

Assinado digitalmente por Kenia Becker Guimaraes, JULIANA CARVALHO FRANCESCHI. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código VLO-EPG-E62-2YM.

Quanto ao **item 09 – Oxímetro Pediátrico**, verificou-se que a proposta apresentada identifica o equipamento como oxímetro digital de dedo, porém não comprova expressamente a capacidade de medição em dedos pediátricos a partir de 5 mm, conforme exigido no Termo de Referência. Dessa forma, solicitamos esclarecimento técnico ou documentação complementar que comprove o atendimento à especificação.

Em relação aos demais itens, informamos que as propostas foram analisadas e consideradas de acordo com as especificações técnicas solicitadas no Termo de Referência, estando aprovadas por esta Secretaria.

Dessa forma, **concluímos que as empresas classificadas em primeiro lugar no referido Pregão Eletrônico atenderam às exigências técnicas estabelecidas**, ressalvada a necessidade de comprovação complementar referente ao item 09.

Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente ao prosseguimento dos trâmites licitatórios dos itens aprovados, observadas as ressalvas acima.

Atenciosamente,

Juliana Carvalho Franceschi
Coordenadora da Atenção Primária à Saúde
Fiscal Técnica

Kenia Becker Guimarães
Secretária Municipal de Saúde
Gestora

Assinado digitalmente por Kenia Becker Guimaraes, JULIANA CARVALHO FRANCESCHI. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código VLO-EPG-E62-2YM.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 26/10/2026 às 09:45:26

Assinantes

✓ Kenia Becker Guimaraes

Assinou em 26/10/2026 às 09:46:12 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.870.430-**.

Eu, Kenia Becker Guimaraes, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

✓ JULIANA CARVALHO FRANCESCHI

Assinou em 26/10/2026 às 09:46:13 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.792.010-**.

Eu, JULIANA CARVALHO FRANCESCHI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

VLO-EPG-E62-2YM