licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br

De: ab.saude@saojeronimo.rs.gov.br
Enviado em: terça-feira, 10 de novembro de 2026 09:24
Para: Licitações
Assunto: ENC: orientação tecnica pregão 071/2026 PMSJ

Segue o questionamento da empresa.



De: Aximed <aximedsantoangelo@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 10 de novembro de 2026 09:19
Para: ab.saude@saojeronimo.rs.gov.br
Assunto: Re: orientação tecnica pregão 071/2026 PMSJ

Agradecemos o retorno!

Sobre a habilitação no sistema, saberiam nos informar quando abrirá o prazo?

Att.,

Em ter., 10 de nov. de 2026 às 09:15, <ab.saude@saojeronimo.rs.gov.br> escreveu:

> Prezados, boa tarde!
>
> Após análise da documentação apresentada, informamos que **aprovamos a substituição do equipamento inicialmente ofertado pelo Oxímetro Pediátrico G-Tech, código OXIOLPED**, considerando que as especificações técnicas informadas atendem ao requisito anteriormente questionado.
>
> Dessa forma, **manifestamo-nos favoravelmente à substituição proposta**, mantendo-se o valor e a quantidade originalmente ofertados, sem custos adicionais à Administração.
>
> Não havendo outras ressalvas técnicas, autorizamos o prosseguimento dos trâmites licitatórios.

Atenciosamente,



Juliana Franceschi

Mst. Enfermagem – COREN-RS 421356

Coordenadora da Atenção Primária e Ações em Saúde

Secretaria Municipal de Saúde – São Jerônimo/RS

De: Aximed <aximedsantoangelo@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 9 de novembro de 2026 15:52
Para: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br
Cc: ab.saude@saojeronimo.rs.gov.br
Assunto: Re: orientação tecnica pregão 071/2026 PMSJ

Prezados, boa tarde!

Em atenção à diligência referente ao Item 09, solicitamos a avaliação e autorização para substituição do oxímetro inicialmente indicado pelo **Oxímetro Pediátrico G-Tech, código OXIOLPED**, mantendo o preço ofertado e a quantidade, sem acréscimo de custos à Administração.

A documentação oficial da Accumed-Glicomed informa expressamente que esse equipamento realiza medições em pontas de dedos a partir de **5 mm de largura**, atendendo à característica questionada.

A comprovação está disponível na página oficial:
https://accumed.com.br/produto/oximetro-pediatrico-g-tech/

O fornecimento compreenderá manual de instruções, estojo e os acessórios necessários ao funcionamento, conforme o Termo de Referência.

Solicitamos manifestação quanto à aceitação da substituição proposta, para continuidade da análise técnica.

Atenciosamente,

Caroline Knapp Cavalini
AXIMED – JANETE LORAINE CORREA NEIS & CIA LTDA
CNPJ 32.859.273/0001-82

Em seg., 9 de nov. de 2026 às 15:47, <licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br> escreveu:

> BOA TARDE,
>
> SEGUE EMAILDA SECRETARIA COM QUESTIONAMENTO.
>
> ATT,
>
> **C. EWERTON ESSWEIN**
>
> **PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO**
>
> **COORDENADOR GERAL DE LICITAÇÕES**
>
> **TEL: 51-99558-2675**
>
> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO/RS

De: ab.saude@saojeronimo.rs.gov.br <ab.saude@saojeronimo.rs.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 9 de novembro de 2026 13:41
Para: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br
Assunto: RES: orientação tecnica pregão 071/2026 PMSJ

Boa tarde, empresa sem contato telefônico e ainda sem resposta por email.

O que podemos facilitar para o tramite?



Juliana Franceschi

Mst. Enfermagem – COREN-RS 421356

Coordenadora da Atenção Primária e Ações em Saúde

Secretaria Municipal de Saúde – São Jerônimo/RS

De: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br <licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 9 de novembro de 2026 11:25
Para: ab.saude@saojeronimo.rs.gov.br
Assunto: RES: orientação tecnica pregão 071/2026 PMSJ

BOM DIA,

ALGUMA RESPOSTA DA EMPRESA NO ITEM 09.

ATT, ,

C. EWERTON ESSWEIN

PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COORDENADOR GERAL DE LICITAÇÕES

TEL: 51-99558-2675

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO/RS

De: ab.saude@saojeronimo.rs.gov.br <ab.saude@saojeronimo.rs.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 4 de novembro de 2026 11:25
Para: janetecorreaaximed@gmail.com; Licitações <licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br>; kenia.g@saojeronimo.rs.gov.br
Assunto: orientação tecnica pregão 071/2026 PMSJ

Prezados, bom dia!

Em análise à proposta apresentada referente ao **Item 09 – Oxímetro Pediátrico**, verificamos que o equipamento ofertado está identificado como oxímetro digital de dedo. Entretanto, a documentação encaminhada não comprova expressamente a capacidade de medição em **dedos pediátricos a partir de 5 mm**, conforme exigido no Termo de Referência.

Dessa forma, solicitamos o encaminhamento de **esclarecimento técnico, catálogo, ficha técnica ou documentação complementar** que comprove o atendimento à referida especificação.

Aguardamos o retorno para dar continuidade à análise técnica do item.

Atenciosamente,



Juliana Franceschi

Mst. Enfermagem – COREN-RS 421356

Coordenadora da Atenção Primária e Ações em Saúde

Secretaria Municipal de Saúde – São Jerônimo/RS

Não contém vírus.www.avast.com