MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01994

Bento Gonçalves, 06 de novembro de 2026.

À Compras

Assunto: PE 155/2026 - Camas hospitalares - Análise de proposta e catálogos - Chamada 1

Sra

Bom dia

Conforme *subitem 5.6.4 do Edital* segue em anexo proposta e catálogo da prévia detentora empresa Dellamed S.A. para vossa análise e Decisão.

OBS: Pregão em andamento.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Alexandre Faes da Silva
Assessor Administrativo

SEFINOFI202601994A

Classif. documental	00.01.01.01

Assinado com senha por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229582-6835 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229582-6835

SIGA

DELLAMED S.A.
CNPJ: 11.666.105/0003-62
Inscrição Estadual: 260991520
Rua Jornalista Rui Ademar Rodrigues, 98
São Domingos - Navegantes/SC - CEP: 88370-777
TEL: (54) 99971-5281 / E-MAIL: licitacoes@dellamed.com.br

À
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 155/2026
Nº PNCP: 87849923000109-1-000647/2026
ABERTURA: - 06 DE NOVEMBRO ÀS 08:30:00

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL ITEM R$
1	**CAMA PARA IDOSOS COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO** Cama para idosos com estrutura em aço carbono, grades laterais e cabeceira em pead, estrado articulado e regulagem manual de altura, cabeceira e peseira. Cama hospitalar/assistencial com estrutura e grade fabricadas em tubos de aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca, garantindo elevada resistência química e mecânica. A cabeceira, a peseira e as grades laterais são produzidas em pead (polietileno de alta densidade), proporcionando durabilidade, resistência e segurança ao conjunto. o estrado é articulado, fabricado em aço carbono com pintura eletrostática a pó na cor branca, oferecendo excelente resistência estrutural. possui ripas metálicas que proporcionam maior firmeza e adequada respirabilidade ao colchão. A cama pode ser equipada com pés fixos na cor branca ou com rodízios dotados de freio duplo diagonal com altura de 20 cm, a definir no momento da compra. A altura final da cama, com cabeceira e peseira, varia entre 88 cm e 138 cm. a altura do estrado é de 43 cm, com regulagem entre 49 cm e 80 cm, proporcionando maior ergonomia e adaptabilidade ao usuário. Os ângulos de inclinação permitem elevação da cabeceira em até 66° e da peseira em até 52°. A grade de proteção possui dimensões de 81 cm de largura por 98 cm de altura. O modelo possui mecanismos manuais com três movimentos: elevação da cabeceira, elevação da peseira e regulagem de altura, proporcionando versatilidade, segurança, conforto e facilidade de uso no dia a dia. FABRICANTE: DELLAMED MARCA: DELLAMED MODELO/VERSÂO: DX3 ANVISA: 80795950035	un	39	2.807,6000	109.496,4000
Valor Unitário: DOIS MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS Valor Total: CENTO E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS					

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 109.496,4000 (CENTO E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Validade da proposta: 60 dias Ref.: seção 5
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias úteis Ref.: seção 19
Pagamento: até 30 (trinta) dias

Dados bancários: BANCO DO BRASIL - Agência: 1487-7 - Conta Corrente 30600-2

Declaramos que o frete e demais despesas estão inclusos no(s) preço(s) ofertado(s).

Clicksign 89c38ea7-ebeb-4224-adbb-db643e10c2a5

SEFINOFI202601994A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229582.1491309-946 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229582.1491309-946

SIGA

DELLAMED S.A.
CNPJ: 11.666.105/0003-62
Inscrição Estadual: 260991520
Rua Jornalista Rui Ademar Rodrigues, 98
São Domingos - Navegantes/SC - CEP: 88370-777
TEL: (54) 99971-5281 / E-MAIL: licitacoes@dellamed.com.br

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATOS		
Nome Completo: Tamires Leal Leffa		
Nacionalidade: Brasileira	**Estado Civil:** Casada	
RG nº: 1089847923	**Órgão Expedidor:** SSP/RS	**UF:** RS
CPF nº: 017.903.540.13	**Cargo:** Gerente Comercial	
Endereço: R Jornalista Rui Ademar Rodrigues, Módulos 6 E 7		
Nº: 98	**Bairro:** São Domingos	
Cidade: Navegantes	**UF:** SC	**CEP:** 88.370-777
Telefone: (54) 99971-5281	**Email:** licitacoes@dellamed.com.br	

NAVEGANTES, 06 DE NOVEMBRO DE 2026

TAMIRES LEAL LEFFA
GERENTE COMERCIAL
RG: 108.984.792-3
CPF: 017.903.540-13

Clicksign 89c38ea7-ebeb-4224-adbb-db643e10c2a5

SEFINOFI202601994A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229582.1491309-946 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229582.1491309-946

SIGA

Clicksign

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 06 de novembro de 2026. Versão v1.54.0.

proposta-pregao-155_2026.pdf

Documento número #89c38ea7-ebeb-4224-adbb-db643e10c2a5

Hash do documento original (SHA256): d5ad80c449d84345b68baef99abd534e3242b1756946ca23826d5c1765a620d6

Assinaturas

TAMIRES LEAL LEFFA
Assinou em 06 nov 2026 às 09:55:07

Log

06 nov 2026, 09:51:16	Operador com email licitacoes@dellamed.com.br na Conta 7ded1fb2-2130-47a4-92ec-25f17f398f09 criou este documento número 89c38ea7-ebeb-4224-adbb-db643e10c2a5. Data limite para assinatura do documento: 06 de dezembro de 2026 (09:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
06 nov 2026, 09:54:03	Operador com email licitacoes@dellamed.com.br na Conta 7ded1fb2-2130-47a4-92ec-25f17f398f09 adicionou à Lista de Assinatura: *******7609 para assinar, via WhatsApp. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo TAMIRES LEAL LEFFA.
06 nov 2026, 09:55:07	TAMIRES LEAL LEFFA assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *******7609, com hash prefixo 4a2527(...). IP: 168.197.77.97. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
06 nov 2026, 09:55:22	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 89c38ea7-ebeb-4224-adbb-db643e10c2a5.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 89c38ea7-ebeb-4224-adbb-db643e10c2a5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.


SEFINOFI202601994A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229582.1491309-946 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229582.1491309-946

SIGA

Cama Hospitalar 3 Movimentos

DX3



5 Posições



Suporta até:	Movimentos:	Leito (medidas internas):	Estrutura:
200 kg	**3**	**211 x 88 cm**	**Aço carb.**

Dimensões (C x L x A) | Peso	211 x 95 x **87 (até 120)** cm - 61 kg	**Estrutura**	Aço Carbono
Dimensões do leito (Parte interna)	211 x 88 cm	**Pintura**	Epóxi branca
Dimensões da proteção lateral	122,5 x 30 cm	**Rodízios**	5" com freios

Acesse o Qr Code ao lado para visualizar a ficha técnica completa do produto.

Cama Hospitalar 3 Movimentos DX3

Código	06855
Ean	7898952570428
Peso bruto (embalado)	69 kg
Medida da caixa	203 x 92 x 30 cm
Master	1



Ficha técnica, imagens, vídeos.

Empilhamento de embalagem:
7 caixas equivalente a 1 da concorrência

Combina com seu produto:



Colchão Air Plus
220 V - 05516
127 V - 05517



Colchão Air Tube
220 V - 06737
127 V - 06736



Suporte para soro
Cód.: 07102

12 Meses Garantia: 12 meses

Fabricante Legal

dellamed

SEFINOF|202601994A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229582.1491309-946 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229582.1491309-946

SIGA

dellamed Home

Ficha Técnica - 01/2026 - V11

FICHA TECNICA - CAMA HOSPITALAR MANUAL 3 MOVIMENTOS DX3

Cód.: 06855









	REGISTROS
NCM	9402.9020
ANVISA	80795950048
GTIN	7898952570428
Nº Certificado INMETRO	Não Aplicável


DIMENSOES E PESO DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
									

Comprimento da Cama	Figura 1	211 cm
Largura da Cama	Figura 2	95 cm
Altura da Cabeceira até o chão	Figura 3	87 cm - mínimo 120 cm - máximo
Altura da Peseira até o chão	Figura 4	80 cm - mínimo 102 cm - máximo
Altura Máxima do Leito até o Chão	Figura 5	68 cm
Altura Mínima do Leito até o Chão	Figura 6	44,5 cm
Comprimento x Altura da Grade Lateral	Figura 7	122,5 x 30 cm
Diâmetro do Rodízio	Figura 8	12,2 cm | 5 "
Altura do chão a Base da Cama	Figura 8	17 cm
Largura x comprim. do leito (parte interna)	Figura 9	88 x 200 cm
Capacidade de peso	Figura 10	200 kg


11.	12.	13.
		

Angulação Max. Cabeceira	Figura 11	70°
Angulação Max. Peseira	Figura 12	44°
Peso líquido da Cama	Figura 13	61 kg

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura

14.	15.
	

Dimensões Caixa Unitária	Figura 14	203 x 92 x 30 cm
Peso Bruto da Caixa Unitária	Figura 15	69 kg

GARANTIA

12 meses

FUNCIONALIDADES

Rodízios:	4 rodízios com freio	Estrutura:	Aço carbono, pintura epóxi e ajuste de elevação manual

SEFINOF|202601994A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229582.1491309-946 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229582.1491309-946

SIGA

Cabeceira:	Em polipropileno e possue ajuste de elevação manual	**Peseira:**	Em polipropileno e possue ajuste de elevação manual
Grade Lateral:	Rebatível em alumínio		




INFORMAÇÕES GERAIS

COR:	Branco.
COMPOSIÇÃO DE ITENS:	Estrutura de aço carbono com pintura epóxi, 1 cabeceira e 1 peseira em polipropileno, 2 grades laterais rebatíveis em alumínio, 4 rodízios com freio e 3 capas da manivela em polipropileno.

DIFERENCIAIS

Desenvolvida para proporcionar maior conforto aos pacientes e praticidade aos profissionais da saúde. Com o ajuste de altura do leito, permite adaptações para o conforto do paciente e facilitando o trabalho dos profissionais durante os cuidados. A estrutura do leito também possui ajustes na cabeceira e a peseira , oferecendo mais versatilidade e possibilitando a posição ideal para repouso ou procedimentos médicos.
Equipadas com 4 rodízios com freio de alta qualidade, as camas DX3 facilitam a mobilidade em curtas distâncias, contribuindo para o reposicionamento do paciente. Sua pintura epóxi oferece proteção contra ferrugem, o que garante maior durabilidade e prolonga a vida útil do equipamento.

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS

				
0001000491 - ESTRUTURA LEITO DX3	0001000125 - MANIVELA CABECEIRA CAMA DX3	0001000127 - CABECEIRA CAMA DX3	0001000489 - PESEIRA DA CAMA DX3	07100 – GRADE LATERAL CAMA DX3
				
0001000123 - MANIVELA PESEIRA CAMA DX3	0001000488 – KIT DE MONTAGEM CAMA DX3	0001000490 – RODIZIO COM FREIO DX2 DX3	07109 – TAMPA PARA ESTRUTURA DX3	0001000124 - MANIVELA DA ALTURA CAMA DX3

ACESSÓRIOS E PEÇAS OPCIONAIS





Acessórios não acompanham o produto e são vendidos separadamente.

Cód.: 0001000126 - APOIO PARA SORO CAMA DX3

NCM	9402.90.20	**GARANTIA**	6 meses	
GTIN	7908607306316	**UNIDADES DA CAIXA (venda)**	Unitário	
PESO LÍQUIDO	0,624 kg	**PESO BRUTO**	0,624 kg	

VERSÕES FORA DE LINHA






Faturar até zerar o estoque, não haverá recompra.

				
06206 – RODIZIO COM FREIO DX2 DX3	07098 - CABECEIRA CAMA DX3	07107– PESEIRA DA CAMA DX3	07101 – ESTRUTURA LEITO DX3	07102 - APOIO PARA SORO CAMA DX3

SEFINOFI202601994A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229582.1491309-946 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229582.1491309-946

SIGA

				
07103 – KIT DE MONTAGEM CAMA DX3	06688 - MANIVELA CABECEIRA CAMA DX3	07105 - MANIVELA PESEIRA CAMA DX3	07106 - MANIVELA DA ALTURA CAMA DX3	06693 - APOIO PARA SORO CAMA DX3
				
07104 - MANIVELA CABECEIRA CAMA DX3				

SEFINOFI202601994A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229582.1491309-946 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229582.1491309-946

SIGA

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	*[sem dados cadastrados]*
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	*[sem dados cadastrados]*
Autorização de Funcionamento da Empresa	*[sem dados cadastrados]*
Nome do Dispositivo Médico	*[sem dados cadastrados]*
Nome Técnico do Dispositivo Médico	*[sem dados cadastrados]*
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	*[sem dados cadastrados]*
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	*[sem dados cadastrados]*
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	*[sem dados cadastrados]*
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	*[sem dados cadastrados]*
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	*[sem dados cadastrados]*
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	*[sem dados cadastrados]*
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	*[sem dados cadastrados]*

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Cama Hospitalar DX2 Digital - V00.pdf	1014940231 - 25/09/2023 07:56:08

Modelo Produto Médico
Cama Hospitalar DX3
Cama Hospitalar DX2

SEFINOFI202601994A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229582.1491309-946 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229582.1491309-946

SIGA

À
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 155/2026
Nº PNCP: 87849923000109-1-000647/2026
ABERTURA: - 06 DE NOVEMBRO ÀS 08:30:00

DECLARAÇÃO

A Empresa DELLAMED S.A., inscrita no CNPJ nº 11.666.105/0003-62, sediada na Rua Jornalista Rui Ademar Rodrigues, 98, São Domingos - Navegantes/SC - CEP: 88370-777, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) TAMIRES LEAL LEFFA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 108.984.792-3 e do CPF nº 017.903.540-13, DECLARA:

4.2.2. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.2.6. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.2.7. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002.

Que não possui em seu quadro societário servidor público na ativa, nem empregado de Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista;

NAVEGANTES, 06 DE NOVEMBRO DE 2026

_____
TAMIRES LEAL LEFFA
GERENTE COMERCIAL
RG: 108.984.792-3
CPF: 017.903.540-13

Clicksign e9ae2d9d-cf0c-42ca-8e94-d5d381aac6b0

SEFINOFI202601994A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229582.1491309-946 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229582.1491309-946

SIGA

Clicksign

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 06 de novembro de 2026. Versão v1.54.0.

DECLARAÇÃO.pdf

Documento número #e9ae2d9d-cf0c-42ca-8e94-d5d381aac6b0
Hash do documento original (SHA256): 74d1d6dcdb9f852f166e0049186cd86b13a23150237961 94a4fd5aa7b76ff290

Assinaturas

TAMIRES LEAL LEFFA
Assinou em 06 nov 2026 às 09:55:07

Log

06 nov 2026, 09:51:16	Operador com email licitacoes@dellamed.com.br na Conta 7ded1fb2-2130-47a4-92ec-25f17f398f09 criou este documento número e9ae2d9d-cf0c-42ca-8e94-d5d381aac6b0. Data limite para assinatura do documento: 06 de dezembro de 2026 (09:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
06 nov 2026, 09:54:03	Operador com email licitacoes@dellamed.com.br na Conta 7ded1fb2-2130-47a4-92ec-25f17f398f09 adicionou à Lista de Assinatura: *******7609 para assinar, via WhatsApp. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo TAMIRES LEAL LEFFA.
06 nov 2026, 09:55:07	TAMIRES LEAL LEFFA assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *******7609, com hash prefixo 4a2527(...). IP: 168.197.77.97. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
06 nov 2026, 09:55:24	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e9ae2d9d-cf0c-42ca-8e94-d5d381aac6b0.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e9ae2d9d-cf0c-42ca-8e94-d5d381aac6b0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

SEFINOFI202601994A

Autenticado digitalmente por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229582.1491309-946 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229582.1491309-946

SIGA

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social

OFÍCIO SIGA Nº SEDES-OFI-2026/00542

Bento Gonçalves, 06 de novembro de 2026.

Ao
Alexandre Faes da Silva
Assessor Administrativo
Licitações

Assunto: PE 155/2026 - Camas hospitalares - Análise de proposta e catálogos - Chamada 1

Prezado,

Em atenção ao solicitado por meio do OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/01994, informamos que, por se tratar de equipamento relacionado à área da saúde, faz-se necessária a submissão da documentação à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para análise e emissão de parecer técnico quanto à adequação do equipamento ofertado às especificações estabelecidas e às necessidades do serviço.

Diante do exposto, solicitamos a concessão de prazo adicional para conclusão da análise, considerando a necessidade de manifestação do setor técnico competente, cuja avaliação é fundamental para subsidiar a tomada de decisão de forma segura e devidamente fundamentada.

Certos da compreensão, agradecemos antecipadamente e aguardamos o deferimento da presente solicitação.

Atenciosamente,

SEDESOFI20260054 2A

Classif. documental	00.01.01.01

Assinado com senha por LISIA CRISTINA DAROS.
Documento Nº: 229661-6835 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229661-6835

SIGA

- assinado eletronicamente -
Lisia Cristina Daros
Assistente Social

SEDESOF I 202600542A

Assinado com senha por LISIA CRISTINA DAROS.
Documento Nº: 229661-6835 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229661-6835

SIGA

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Secretaria Municipal de Finanças

DESPACHO SIGA Nº SEFIN-DES-2026/02423

Bento Gonçalves, 06 de novembro de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01994, 06/11/26 - SEFIN.

Boa tarde Sra Isabel Pisoni

Conforme solicitação de SEDES foi acatada a necessidade de maior prazo para análise do objeto do Pregão supracitado.

Segue para análise e Parecer técnico.

OBS: Continuidade agendada para 12/11/2026 às 13h30min.

- assinado eletronicamente -

Alexandre Faes da Silva

Assessor Administrativo

SEFINDES202602423A

Classif. documental	00.01.01.01

Assinado com senha por ALEXANDRE FAES DA SILVA.
Documento Nº: 229682-6835 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229682-6835

SIGA

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO SIGA Nº SMS-DES-2026/01590

Bento Gonçalves, 09 de novembro de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01994, 06/11/26 - SEFIN.

Segue análise de catálogo e proposta:

Empresa Dellamed - Modelo DX3 - **REPROVADO**, conforme parecer de avaliação técnica:

Grades laterais – apresentado catálogo modelo em alumínio, edital exige em pead;

Altura final da cama: 120 cm, exigido até 138cm;

Altura do estrado – não atinge altura mínima e máxima exigida, que seria de 49 a 80cm, modelo apresentado vai de 44,5 a 68cm;

Angulação da peseira – vai somente até 44º e não 52º conforme exigido.

- assinado eletronicamente -

Ana Paula Felini Paese

Enfermeiro

SMSDES202601590A

Classif. documental	00.01.01.01

Assinado com senha por ANA PAULA FELINI PAESE.
Documento Nº: 229886-6835 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=229886-6835

SIGA