MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI – RS
Rua Liberato Salzano, 387
E-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br

ESCLARECIMENTOS I

PREGÃO ELETRÔNICO N°30/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

Após solicitação à secretaria responsável, segue esclarecimentos solicitados e respectivas respostas:

Questionamentos da empresa:

1. Valor estimado: O valor unitário de R$ 301,333 está correto? Considerando que o item contempla um kit composto por alta rotação, micromotor e contra-ângulo, o valor apresenta-se extremamente baixo para o conjunto completo. Solicitamos confirmação ou revisão do preço estimado.

Resposta da Administração:
O preço será revisado e publicada a retificação do Edital.

2. Alta rotação: O edital estabelece rotação de 290.000 a 420.000 RPM. Serão aceitos equipamentos com rotação de até 450.000 RPM, considerando seu desempenho superior? Solicitamos também flexibilização dos parâmetros restritos, como diâmetro da cabeça, pressão, consumo de ar, peso e materiais de fabricação, permitindo equipamentos tecnicamente equivalentes.

Resposta da Administração:
Serão aceitos equipamentos conforme descrição do Edital.

3. Micromotor: A rotação exigida é de 5.000 a 20.000 RPM. Serão aceitos modelos com rotação de 5.000 a 22.000 RPM, considerando a superioridade técnica? Solicitamos ainda flexibilização das exigências específicas de pressão, consumo de ar, peso e acabamento, desde que mantidas a funcionalidade e a segurança.

Resposta da Administração:
Serão aceitos equipamentos conforme descrição do Edital.

4. Contra-ângulo: Serão aceitos modelos com rotação de até 22.000 RPM, superiores aos 20.000 RPM exigidos? Solicitamos também a aceitação de equipamentos com pesos, materiais e acabamentos diferentes, desde que preservadas a compatibilidade, a qualidade e a finalidade do produto.

Resposta da Administração:
Serão aceitos equipamentos conforme descrição do Edital.

Cândido Godói/RS, 19 de novembro de 2026.

Gladia Roballo

Gladia Deisi Roballo - Pregoeira